

Số: 75 /TM - BVUB

Bắc Ninh, ngày 10 tháng 8 năm 2026

THƯ MỜI BÁO GIÁ
(Lần 2)

Kính gửi: Các đơn vị cung ứng.

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024, Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025;

Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Bệnh viện Ung bướu Bắc Ninh có kế hoạch mua sắm gói thầu: Mua bo mạch điều khiển Camera đầu điều trị MLCi2.

Yêu cầu phạm vi cung cấp hàng hóa chi tiết tại **Phụ lục 01** kèm theo.

Kính đề nghị các Công ty/ Đơn vị quan tâm và có đủ kinh nghiệm, năng lực, điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật, gửi bản Báo giá theo mẫu tại **Phụ lục 02** để Bệnh viện có căn cứ xây dựng giá dự toán của gói thầu.

Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Bản giấy: Phòng Văn thư, Bệnh viện Ung bướu Bắc Ninh, Đường Phạm Ngọc Thạch, Phường Đa Mai, Tỉnh Bắc Ninh. Người nhận Nguyễn Trọng Quyền phòng Vật tư- TBYT.

- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ thời điểm phát hành báo giá đến trước 16h30p ngày 28 tháng 08 năm 2026.

- Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HSĐT.

 **GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Danh Song



2

PHỤ LỤC: 01

(Kèm theo thư mời số 75/TM - BVUB ngày 10 tháng 8 năm 2026 của Bệnh viện Ung bướu Bắc Ninh)

STT	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
1	Bo mạch kiểm soát hình ảnh camera của máy xạ trị gia tốc (Camera control unit (CCU) PCB)	1. Chức năng: - Điều khiển và đồng bộ hóa các chức năng camera và quá trình thu nhận hình ảnh. - Xử lý và truyền dẫn tín hiệu hình ảnh và tín hiệu trạng thái. - Đảm bảo liên lạc giữa mô-đun camera và hệ thống điện tử điều khiển trung tâm. - Hỗ trợ các quy trình định vị bệnh nhân và xác minh vị trí dựa trên hình ảnh (Image-Guided Patient Positioning & Verification). - Đảm bảo hoạt động ổn định, tin cậy của các hệ thống con tạo ảnh trong quá trình thiết lập và thực hiện điều trị. 2. Các kết nối của bo mạch điều khiển Camera: - Cấp nguồn: Loại Molex 90130-3212. - Tín hiệu Video vào: Cấp đồng trục. - Tín hiệu đồng bộ ra (Sync Out): Cấp đồng trục. - Điều khiển Camera: Loại AMD HDP22 26 chân. 3. Các điện áp đầu vào: +5V	Cái	01	

STT	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
		-5V +15 V -15 V Tương thích với hệ thống gia tốc xạ trị Model: Synergy Platform Hãng sản xuất: Elekta Nước sản xuất: Anh			
	Tổng 01 danh mục				

PHỤ LỤC 2: MẪU BÁO GIÁ*(Kèm theo Thư mời báo giá số 75 /TM-BVUB ngày 10 / 8/2026)***TÊN ĐƠN VỊ CUNG CẤP DỊCH VỤ****CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập - Tự do - Hạnh phúc***.....ngày.....tháng..... năm 2026***BÁO GIÁ**

Kính gửi: Bệnh viện Ung bướu Bắc Ninh

(Tên đơn vị):

Địa chỉ:

Căn cứ vào thư mời báo giá của Bệnh viện Ung bướu Bắc Ninh và khả năng cung cấp của công ty, chúng tôi xin gửi tới Quý viện bản báo giá như sau:

STT	Tên hàng hóa	Tên Thương mại (nếu có)	Chủng loại/ký mã hiệu sản phẩm	Mã HS (nếu có)	Thông số Kỹ thuật	Hãng, nước sản xuất	Quy cách	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá Có VAT	Chi phí cho các dịch vụ liên quan	Thành tiền VAT	Ghi chú
1													
2													
3													
....													
(n)													

Báo giá có hiệu lực:...ngày, kể từ ngày báo giá. (Hiệu lực tối thiểu 180 ngày)

Đại diện hợp pháp của đơn vị báo giá*(Ký, ghi rõ chức danh, họ tên và đóng dấu)*