

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam.

Bệnh viện Ung bướu có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: “ Mua bộ dây nội soi tiêu hóa ” với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Ung bướu tỉnh Bắc Giang.
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
 - Ông Thế Huy.
 - Chức vụ: Trưởng phòng Vật tư – TBYT.
 - Điện thoại: 0868 389 555.
 - Email: thehuyyen@gmail.com.
- Cách thức tiếp nhận báo giá:

Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Vật tư – TBYT bệnh viện Ung bướu tỉnh Bắc Giang, đường Thân Nhân Trung, xã Tân Mỹ, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 24 tháng 7 năm 2023 đến trước 16h30p ngày 04 tháng 8 năm 2023.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 04 tháng 8 năm 2023.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

Danh mục bộ dây nội soi tiêu hóa:

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng/khối lượng	đơn vị tính
1	Bộ Dây soi dạ dày video có chức năng hỗ trợ chẩn đoán ung thư sớm - Model máy chính: CV - 170 - Hãng sản xuất: Olympus – Nhật Bản - Nước sản xuất: Nhật bản	Chi tiết tại bảng mô tả kèm theo	Bộ	01

2	Bộ dây nội soi đại tràng video có chức năng hỗ trợ chẩn đoán ung thư sớm - Model máy chính: CV - 170 - Hãng sản xuất: Olympus – Nhật Bản - Nước sản xuất: Nhật bản	Chi tiết tại bảng mô tả kèm theo	Bộ	01
	02 danh mục			

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế:

- Vận chuyển và lắp đặt tại khoa Nội soi – Thăm dò chức năng thuộc Bệnh viện Ung bướu tỉnh Bắc Giang.

- Hàng khi giao hàng phải còn nguyên đai, nguyên kiện, còn nguyên niêm phong của hãng sản xuất, không có hiện tượng trầy xước, vỡ, ẩm ướt...

- Chi tiết tại bảng mô tả kèm theo.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Trong vòng 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Tạm ứng 30% giá trị hợp đồng sau khi bên mời thầu nhận được bảo lãnh tạm ứng đủ số tiền tạm ứng của nhà thầu.

5. Các thông tin khác (nếu có): Không.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HSMS.



Nguyễn Danh Song

BẢNG MÔ TẢ CHI TIẾT

(Kèm theo bản Yêu cầu báo giá số 6 /YCBG – BVUB ngày 21/7/2023)

Tính năng, yêu cầu kỹ thuật cơ bản	Địa điểm cung cấp, lắp đặt	Các yêu cầu về vận chuyển, bảo quản, cung cấp, lắp đặt	Thời gian giao hàng dự kiến	Các thông tin liên quan
1. Bộ Dây soi dạ dày video có chức năng hỗ trợ chẩn đoán ung thư sớm - Model máy chính: CV - 170 - Hãng sản xuất: Olympus – Nhật Bản - Nước sản xuất: Nhật bản * Cấu hình tiêu chuẩn: - Bộ chổi vệ sinh ống soi: ≥ 01 cái - Bộ rửa ống soi: ≥ 01 cái - Nắp đậy ổ van: ≥ 01 cái - Van tăng cường: ≥ 01 cái - Adaptor hút rửa: ≥ 01 cái - Nắp đậy van ETO: ≥ 01 cái - Nắp van sinh thiết: ≥ 10 cái - Ngáng miệng: ≥ 01 cái - Bộ hướng dẫn sử dụng ống soi: 01 bộ - Bộ hướng dẫn vệ sinh ống soi: 01 bộ * Thông số kỹ thuật cơ bản: - Cung cấp hình ảnh độ phân giải cao HDTV	- Bàn giao, lắp đặt và hướng dẫn sử dụng tại khoa Nội soi – Thăm dò chức năng – Bệnh viện Ung bướu tỉnh Bắc Giang	Hàng khi giao hàng phải còn nguyên đai, nguyên kiện, còn nguyên niêm phong của hãng sản xuất, không có hiện tượng trầy xước, vỡ, ẩm ướt...	Trong vòng 12 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực	Năm sản xuất: 2023 trở về sau Hàng hóa: Mới 100% Yêu cầu về bảo hành: Bảo hành trong vòng ≥ 12 tháng kể từ ngày 2 bên ký biên bản bảo giao, nghiệm thu đưa vào sử dụng. Khi giao hàng phải có giấy chứng nhận đạt chất lượng(CQ), Chứng nhận nguồn gốc xuất xứ(CO) , Kiểm định chất lượng, nguồn gốc xuất xứ. Mỗi loại 02 bản sao công chứng.

- Có hỗ trợ chức năng quan sát NBI giúp quan sát các cấu trúc khác nhau trên bề mặt niêm mạc, qua đó giúp phát hiện các khu vực khả nghi. - Chức năng quan sát gần cho phép quan sát hình ảnh với kích thước lớn và cận cảnh thông qua việc di chuyển ống soi đến gần niêm mạc đến 2mm. - Trường nhìn: $\geq 140^\circ$ - Hướng nhìn thẳng - Độ sâu trường nhìn: 2-100 mm - Đường kính ngoài của đầu cuối ống soi: ≥ 9.2 mm - Đường kính ngoài của thân ống soi: ≥ 9.2 mm - Đường kính bên trong kênh dụng cụ: ≥ 2.8 mm - Khoảng cách tối thiểu để nhìn thấy dụng cụ: ≥ 3.0 mm từ đầu cuối ống soi - Đầu cuối ống soi gồm 5 thành phần: 1 kênh khí/nước, 2 đường dẫn sáng, 1 thấu kính, 1 đầu ra kênh dụng cụ - Độ uốn cong của đầu ống soi:				
---	--	--	--	--

+ Hướng lên: $\geq 210^\circ$ + Hướng xuống: $\geq 90^\circ$ + Hướng phải: $\geq 100^\circ$ + Hướng trái: $\geq 100^\circ$ - Chiều dài làm việc: ≥ 1030 mm - Chiều dài tổng: 1350 mm 2. Bộ dây nội soi đại tràng video có chức năng hỗ trợ chẩn đoán ung thư sớm - Model máy chính: CV - 170 - Hãng sản xuất: Olympus – Nhật Bản - Nước sản xuất: Nhật bản * Cấu hình tiêu chuẩn: - Bộ chổi vệ sinh ống soi: ≥ 01 cái - Bộ rửa ống soi: ≥ 01 cái - Nắp đậy ổ van: ≥ 01 cái - Van tăng cường: ≥ 01 cái - Adaptor hút rửa: ≥ 01 cái - Nắp đậy van ETO: ≥ 01 cái - Nắp van sinh thiết: ≥ 10 cái - Ống cho kênh nước phụ: ≥ 01 cái				
---	--	--	--	--

- Bộ hướng dẫn sử dụng ống soi: 01 bộ - Bộ hướng dẫn vệ sinh ống soi: 01 bộ * Thông số kỹ thuật cơ bản: - Cung cấp hình ảnh độ phân giải cao HDTV - Có hỗ trợ chức năng quan sát NBI giúp quan sát các cấu trúc khác nhau trên bề mặt niêm mạc, qua đó giúp phát hiện các khu vực khả nghi. - Chức năng quan sát gần cho phép quan sát hình ảnh với kích thước lớn và cận cảnh thông qua việc di chuyển ống soi đến gần niêm mạc đến 2mm. - Trường nhìn: $\geq 140^\circ$ - Hướng nhìn thẳng - Độ sâu trường nhìn: 2-100 mm - Đường kính ngoài của đầu cuối ống soi: ≥ 12.8 mm - Đường kính ngoài của thân ống soi: ≥ 12.8 mm - Đường kính bên trong kênh dụng cụ: ≥ 3.7 mm - Khoảng cách tối thiểu để nhìn thấy dụng cụ: ≥ 5.0 mm từ đầu cuối ống soi - Đầu cuối ống soi gồm 6 thành phần: 1 kênh				
--	--	--	--	--

khí/nước, 2 đường dẫn sáng, 1 thấu kính, 1 đầu ra kênh dụng cụ, 1 kênh nước riêng - Độ uốn cong của đầu ống soi: + Hướng lên: $\geq 180^\circ$ + Hướng xuống: $\geq 180^\circ$ + Hướng phải: $\geq 160^\circ$ + Hướng trái: $\geq 160^\circ$ - Chiều dài làm việc: $\geq$ 1330 mm - Chiều dài tổng: ≥ 1655 mm				