

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam.

Bệnh viện Ung bướu có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: “ Mua bộ dây nội soi tiêu hóa ” với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Ung bướu tỉnh Bắc Giang.
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
 - Ông Thế Huy.
 - Chức vụ: Trưởng phòng Vật tư – TBYT.
 - Điện thoại: 0868 389 555.
 - Email: thehuyyen@gmail.com.
- Cách thức tiếp nhận báo giá:

Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Vật tư – TBYT bệnh viện Ung bướu tỉnh Bắc Giang, đường Thân Nhân Trung, xã Tân Mỹ, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 24 tháng 7 năm 2023 đến trước 16h30p ngày 04 tháng 8 năm 2023.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 04 tháng 8 năm 2023.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

Danh mục bộ dây nội soi tiêu hóa:

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng/khối lượng	đơn vị tính
1	Bộ dây nội soi dạ dày ống mềm sử dụng cho hệ thống nội soi tiêu hóa. - Model máy chính: EPK-i7010 - Hãng sản xuất: Hoya – Nhật Bản - Nước sản xuất: Nhật bản	Chi tiết tại bảng mô tả kèm theo	Bộ	01

2	Bộ dây nội soi đại tràng ống mềm sử dụng cho hệ thống nội soi tiêu hóa. Model máy chính: EPK-i7010 - Hãng sản xuất: Hoya – Nhật Bản - Nước sản xuất: Nhật bản	Chi tiết tại bảng mô tả kèm theo	Bộ	01
	02 danh mục			

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế:

- Vận chuyển và lắp đặt tại khoa Nội soi – Thăm dò chức năng thuộc Bệnh viện Ung bướu tỉnh Bắc Giang.

- Hàng khi giao hàng phải còn nguyên đai, nguyên kiện, còn nguyên niêm phong của hãng sản xuất, không có hiện tượng trầy xước, vỡ, ẩm ướt...

- Chi tiết tại bảng mô tả kèm theo.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Trong vòng 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Tạm ứng 30% giá trị hợp đồng sau khi bên mời thầu nhận được bảo lãnh tạm ứng đủ số tiền tạm ứng của nhà thầu.

5. Các thông tin khác (nếu có): Không.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HSMS.



Nguyễn Danh Song

BẢNG MÔ TẢ CHI TIẾT

(Kèm theo bản Yêu cầu báo giá số ⁷ /YCBG – BVUB ngày 21/7/2023)

Tính năng, yêu cầu kỹ thuật cơ bản	Địa điểm cung cấp, lắp đặt	Các yêu cầu về vận chuyển, bảo quản, cung cấp, lắp đặt	Thời gian giao hàng dự kiến	Các thông tin liên quan
1. Bộ dây nội soi dạ dày ống mềm sử dụng cho hệ thống nội soi tiêu hóa. - Model máy chính: EPK - i7010 - Hãng sản xuất: Hoya – Nhật Bản - Nước sản xuất: Nhật bản * Cấu hình tiêu chuẩn: - <i>Kìm sinh thiết</i> : ≥ 01 cái - <i>Chổi rửa dài</i>: ≥ 01 cái - <i>Chổi rửa ngắn</i>: ≥ 01 cái - <i>Nắp đậy kênh sinh thiết</i>: ≥ 01 cái - <i>Dầu silicon</i>: ≥ 01chai - <i>Đầu nối làm sạch kênh khí nước</i> : ≥ 01 cái - <i>Van cân bằng áp suất</i>: ≥ 01 cái - <i>Chống cắn dây</i>: ≥ 01 cái - <i>Nắp đậy ngâm nước</i>: ≥ 01 cái - <i>Hướng dẫn sử dụng</i>: 01 bộ * Thông số kỹ thuật cơ bản: - Góc nhìn: ≥ 140 độ	- Bàn giao, lắp đặt và hướng dẫn sử dụng tại khoa Nội soi – Thăm dò chức năng – Bệnh viện Ung bướu tỉnh Bắc Giang	Hàng khi giao hàng phải còn nguyên đai, nguyên kiện, còn niêm phong của hãng sản xuất, không có hiện tượng trầy xước, vỡ, ẩm ướt...	Trong vòng 12 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực	Năm sản xuất: 2023 trở về sau Hàng hóa: Mới 100% Yêu cầu về bảo hành: Bảo hành trong vòng ≥ 12 tháng kể từ ngày 2 bên ký biên bản bảo giao, nghiệm thu đưa vào sử dụng. Khi giao hàng phải có giấy chứng nhận đạt chất lượng(CQ), Chứng nhận nguồn gốc xuất xứ(CO) , Kiểm định chất lượng, nguồn gốc xuất xứ. Mỗi loại 02 bản sao công chứng.

- Độ sâu trường nhìn: 2 mm - 100mm - Đường kính thân ống soi: ≥ 9.8 mm - Khả năng uốn cong của đầu ống soi: + Lên/ xuống: 210 độ/ 120 độ + Trái/ Phải: 120 độ/ 120 độ - Độ dài làm việc: ≥ 1050 mm - Độ dài tổng: ≥ 1366 mm - Đường kính kính sinh thiết: ≥ 3.2 mm 2. Bộ dây nội soi đại tràng ống mềm sử dụng cho hệ thống nội soi tiêu hóa. Model máy chính: EPK- i7010 - Hãng sản xuất: Hoya – Nhật Bản - Nước sản xuất: Nhật bản * Cấu hình tiêu chuẩn: - <i>Kìm sinh thiết : ≥ 01 cái</i> - <i>Chổi rửa dài: ≥ 01 cái</i> - <i>Chổi rửa ngắn: ≥ 01 cái</i> - <i>Nắp đậy kênh sinh thiết: ≥ 01 cái</i> - <i>Dầu silicon: 01chai</i>				
--	--	--	--	--

- Đầu nối làm sạch kênh khí nước : ≥ 01 cái - Van cân bằng áp suất: ≥ 01 cái - Nắp đậy ngâm nước: ≥ 01 cái - Hướng dẫn sử dụng: 01 bộ * Thông số kỹ thuật cơ bản: - Góc nhìn: ≥ 140 độ - Độ sâu trường nhìn: 4 mm - 100mm - Đường kính thân ống soi: ≥ 13.2 mm - Khả năng uốn cong của đầu ống soi: + Lên/ xuống: 180 độ/ 180 độ + Trái/ Phải: 160 độ/ 160 độ - Độ dài làm việc: ≥ 1300 mm - Độ dài tổng: ≥ 1616 mm - Đường kính kính sinh thiết: ≥ 3.8 mm.				

