

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam.

Bệnh viện Ung bướu có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: “Vật tư mua sử dụng 1 tháng” với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Ung bướu tỉnh Bắc Giang.
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
 - Bà: Phạm Thị Lâm.
 - Chức vụ: Phó trưởng phòng Vật tư – TBYT.
 - Điện thoại: 0976.959.785.
 - Email: nghiachien13@gmail.com.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Vật tư – TBYT bệnh viện Ung bướu tỉnh Bắc Giang, đường Thân Nhân Trung, xã Tân Mỹ, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 8h00p ngày 05 tháng 10 năm 2023 đến trước 16h ngày 17 tháng 10 năm 2023.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 17/10/2023.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

Chi tiết danh mục, thông số kỹ thuật của hàng hóa yêu cầu báo giá:

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng/khối lượng	đơn vị tính
1	Bộ bơm tiêm 200ml sử dụng cho máy bơm tiêm điện	Mô tả cụ thể tại Phụ lục: Bảng mô tả đính kèm theo	60	Bộ
2	Bộ tiêm truyền tĩnh mạch trung tâm 2 nòng	Mô tả cụ thể tại Phụ lục: Bảng mô tả đính kèm theo	2	Bộ

3	Bơm tiêm 50 ml	Mô tả cụ thể tại Phụ lục: Bảng mô tả đính kèm theo	200	Cái
4	Bơm tiêm sử dụng một lần 5ml	Mô tả cụ thể tại Phụ lục: Bảng mô tả đính kèm theo	25.000	Cái
5	Bông thấm	Mô tả cụ thể tại Phụ lục: Bảng mô tả đính kèm theo	20	Kg
6	Bút mỡ	Dùng trong nhuộm hóa mô miễn dịch	1	Cái
7	Dây oxy 2 nhánh (các cỡ)	Mô tả cụ thể tại Phụ lục: Bảng mô tả đính kèm theo	200	Chiếc
8	Gạc phẫu thuật 10cm x 10cm x 8 lớp vô trùng	Mô tả cụ thể tại Phụ lục: Bảng mô tả đính kèm theo	10.000	Miếng
9	Kim chọc hút sinh thiết mô mềm	Mô tả cụ thể tại Phụ lục: Bảng mô tả đính kèm theo	20	Cái
10	Lưỡi dao cắt tiêu bản	Mô tả cụ thể tại Phụ lục: Bảng mô tả đính kèm theo	100	Cái
11	Mask thở oxy NL; TE	Mô tả cụ thể tại Phụ lục: Bảng mô tả đính kèm theo	20	Chiếc
12	Mũ phẫu thuật, tiệt trùng	Mô tả cụ thể tại Phụ lục: Bảng mô tả đính kèm theo	500	Cái
13	Ống nghiệm chân không nút cao su EDTA K2	Mô tả cụ thể tại Phụ lục: Bảng mô tả đính kèm theo	15.000	Ống
14	Ống nghiệm Heparin URI	Mô tả cụ thể tại Phụ lục: Bảng mô tả đính kèm theo	4.000	Cái
15	Ống nối dây máy thở cao tần, dùng một lần SAMBRUS-V	Mô tả cụ thể tại Phụ lục: Bảng mô tả đính kèm theo	50	Cái
16	Túi ép dẹt tiệt trùng nhiệt độ cao	Mô tả cụ thể tại Phụ lục: Bảng mô tả đính kèm theo	3	cuộn
Tổng cộng: 16 danh mục				

2. Địa điểm cung hàng hóa:

- Tại kho Vật tư- TBYT thuộc Bệnh viện Ung bướu tỉnh Bắc Giang.
- Hàng hóa: Hàng mới 100%

- Mô tả cụ thể tại bảng kèm theo.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Bằng hình thức chuyển khoản

5. Các thông tin khác (nếu có): Không.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HSMS.



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Danh Song

PHỤ LỤC BẢNG MÔ TẢ CHI TIẾT

(Kèm theo bản Yêu cầu báo giá số 16 /YCBG – BVUB ngày ⁰⁴/10 /2023)

STT	Danh mục vật tư, hàng hóa	Tính năng, yêu cầu kỹ thuật cơ bản	Địa điểm cung cấp, lắp đặt	Các yêu cầu về vận chuyển, bảo quản, cung cấp, lắp đặt	Thời gian giao hàng dự kiến	Các thông tin liên quan
1	Bộ bơm tiêm 200ml sử dụng cho máy bơm tiêm điện	Sử dụng 1 lần, dùng cho máy bơm tiêm thuốc cân quang Optione Áp suất giới hạn 400 psi 1Bộ gồm: - 1 xilanh 200 ml - 1 Dây truyền thuốc chịu áp lực cao, dài ≥150 cm - 1 ống lấy thuốc Chất liệu: cao su tổng hợp PVC, polypropylene, polycarbonate, không latex. Tiệt trùng: EO Tiêu chuẩn: FDA, EC, ISO 13485	- Bàn giao hàng tại kho hóa chất phòng vật tư – Bệnh viện Ung bướu tỉnh Bắc Giang	Theo tiêu chuẩn nhà sản xuất.	Trong vòng 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.	Nhà thầu phải có cam kết đầy đủ các nội dung: Hạn sử dụng còn lại của hàng hóa trúng thầu tính từ thời điểm giao hàng phải đảm bảo tối thiểu như sau: + Tới thiểu còn 12 tháng đối với hàng hóa có hạn dùng từ 02 năm trở lên; + 06 tháng đối với hàng hóa có hạn dùng từ 01 đến dưới 02 năm; + 1/4 hạn dùng đối với hàng hóa có hạn dùng dưới
2	Bộ tiêm truyền tĩnh mạch trung tâm 2 nồng	Kích thước 7Fr x 20cm, lưu lượng các nồng Distal: 85ml/min, Proximal: 45ml/min. Catheter chất liệu TPU (Thermoplastic Polyurethanes) tự động làm mềm dưới nhiệt độ 37 ° C, tính tương hợp cao .Một bộ bao gồm : Thân catheter có vạch đánh dấu độ dài, có đường cân quang rõ nét , 1 Kim				

		dẫn đường chữ Y , cỡ 18GA , Dây dẫn hướng Guide wire kích cỡ 0.032"x60cm, nắp bảo vệ (Polypropylene), thân dây dẫn làm bằng thép không gỉ (nitinol) đầu chữ J, Ống nong cỡ 8Fr ,1 bơm tiêm 5ml, 1 lưới dao mổ ,1 Kẹp , 1 kim tiêm nhỏ . Tiệt trùng bằng khí EO. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016.				01 năm. + Đối với những hàng hóa không có tuổi thọ in trên bao bì, nhà thầu phải cung cấp giấy tờ chứng minh tuổi thọ của hàng hóa khi giao hàng. Nhà thầu phải không có cam kết hoặc cam kết không đầy đủ các nội dung: Hạn sử dụng còn lại của hàng hóa trúng thầu tính từ thời điểm giao hàng phải đảm bảo tối thiểu như sau: + Tối thiểu còn 12 tháng đối với hàng hóa có hạn dùng từ 02 năm trở lên; + 06 tháng đối với hàng hóa có hạn
3	Bơm tiêm 50 ml	Nhựa y tế nguyên sinh. Pít tông có khóa bẻ gãy để hủy. Đốc nhỏ lắp vừa kim tiêm các số. Kim 23G. Vô trùng - không độc - không buốt - không gây sốt - không DEHP, Tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). Đạt tiêu chuẩn EN ISO 13485: 2016;				
4	Bơm tiêm sử dụng một lần 5ml	Cung cấp được cả đầu còn và đầu xoắn, được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh. Pít tông có khóa bẻ gãy để hủy. Vô trùng - không độc - không buốt - không gây sốt - không DEHP. Cỡ kim..... Tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). Đạt tiêu chuẩn EN ISO 13485: 2016;				
5	Bông thấm	Quy cách: 1 kg/ gói. Bông y tế thấm nước 100% bông xơ thiên				

		nhiên. Bông trắng, không mùi, mềm mịn, dai, không bị toi và có độ thấm hút rất cao. Bông dạng dài, được cuộn thành cuộn chắc, đáp ứng yêu cầu của người sử dụng. Không độc tố và không gây dị ứng, không có tinh bột, không có xơ mùn hòa tan trong nước và dịch phủ tạng. Tốc độ hút nước ≤ 5 giây. Độ acid và độ kiềm: Trung tính; Hàm lượng chất béo: Không vượt quá 0.5%. Các chất tan trong nước: $\leq 0,5\%$; Độ ẩm: $\leq 8\%$; Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015; ISO 13485:2016.				dùng từ 01 đến dưới 02 năm; + 1/4 hạn dùng đối với hàng hóa có hạn dùng dưới 01 năm. + Đối với những hàng hóa không có tuổi thọ in trên bao bì, nhà thầu phải cung cấp giấy tờ chứng minh tuổi thọ của hàng hóa khi giao hàng.
6	Bút mờ	Dùng trong nhuộm hóa mô miễn dịch.				
7	Dây oxy 2 nhánh (các cỡ)	Dây thở oxy chất liệu PVC y tế cao cấp, ống dây mềm, chống vặn xoắn, bề mặt trơn nhẵn, không bị ảnh hưởng bởi oxy hay thuốc trong điều kiện sử dụng bình thường. Dài ≥ 2 mét, đã tiệt trùng. Đầu thở mềm, 2 ống thẳng đưa vào mũi. Đạt TC ISO 13485:2016.				
8	Gạc phẫu thuật 10cm x 10cm x 8 lớp vô trùng	Gạc được dệt từ sợi 100% cotton có độ thấm hút rất cao. Trọng lượng 25-27 g/m ² . Tẩy trắng bằng oxy				

		già, không có độc tố, đã được giặt sạch. Không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột hoặc Dextrin, không có xơ mùn hòa tan trong nước và dịch phủ tạng. Tốc độ hút nước ≤ 5 giây. Độ ngậm nước ≥ 5 gr nước/1gr gạc. Chất tan trong nước $<0.5\%$. Độ pH: trung tính. Độ trắng: $\geq 80\% \pm 10\%$. Muối kim loại: không quá hàm lượng cho phép. Hàm lượng chất béo: không vượt quá $0,5\%$, đã tiệt trùng. Được đóng gói bằng 2 lớp, một lớp bằng PE, một lớp bằng bao bì giấy có màu chỉ thị tiệt trùng dùng trong y tế. Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015; ISO 13485:2016.			
9	Kim chọc hút sinh thiết mô mềm	Kim cấu tạo gồm 3 bộ phận: 01 kim dẫn đường; 01 kim sinh thiết; 01 khóa an toàn. Tay cầm bằng nhựa. Thân kim bằng thép không gỉ, có đánh dấu chiều sâu thâm nhập (mỗi vạch 1cm). Kim có kênh hút dịch (tùy chọn). Có 2 nấc cho chức năng lấy mẫu: 11mm và 22mm. Đường kính kim: 14/16/18/20G. Chiều dài kim:			

		90/130/160/220mm. Đóng gói tiết trùng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016.			
10	Lưỡi dao cắt tiêu bản	Lưỡi dao cắt loại lowprofile, Làm bằng thép không rỉ, kích thước 80x8x0.25mm, góc nghiêng 35 độ, Cắt được tất cả các loại mô (mô cứng, mô mềm, cắt lạnh, cắt mỏng), được sử dụng hàng ngày với độ sắc lưỡi dao ổn định. - Sử dụng được cho tất cả các loại máy cắt tiêu bản. - Tiêu chuẩn ISO 13485; 2016.			
11	Mask thở oxy NL; TE	Ống dây lumen sáng có thể đảm bảo dòng chảy oxy thậm chí khi ống dây bị xoắn, có nhiều loại chiều dài lựa chọn. Xoáy vòng để đảm bảo độ vừa vặn với cái đệm. Nhựa PVC mềm, trong giúp cho bệnh nhân thoải mái và tiếp cận được hình ảnh. Sản phẩm màu xanh lá trong suốt hoặc màu trắng trong suốt.			
12	Mũ phẫu thuật, tiết trùng	Vải không dệt polypropylen cao cấp Màu xanh đồng đều, không loang bần, không dính tạp chất.			

		Không kích ứng da 2.9g – 3.8g/1 cái Độ co giãn tốt. Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015; ISO 13485:2016.			
13	Ống nghiệm chân không nút cao su EDTA K2	Chất liệu: Được làm bằng nhựa y tế PET mới 100%, Hóa chất: Được bơm hóa chất chống đông EDTA K2 dưới dạng hạt sương, Kích thước ống 13x75mm, có vạch định mức lấy mẫu, chịu được lực quay ly tâm 6000 vòng/phút trong vòng 5 - 10 phút, nhãn màu tím, có phiếu kiểm định chất lượng của cơ quan kiểm định.			
14	Ống nghiệm Heparin URI	Chất liệu: Ống được làm bằng nhựa y tế PP, nắp bằng nhựa LDPE mới 100%, Nắp nhựa LDPE đây kín thành ống và được giữ chặt bởi khe tròn giữa 3 vòng răng ở thành trong của nắp và lõi lọt lòng trong của ống. Hóa chất: Được bơm hóa chất chống đông Lithium Heparin dưới dạng hạt sương, Kích thước ống 12x75mm, có vạch định mức lấy mẫu, chịu được lực quay ly tâm 6000 vòng/phút trong vòng 5 - 10 phút, nhãn màu đen, có phiếu kiểm định chất lượng của cơ quan kiểm			

		định.				
15	Ống nối dây máy thở cao tần, dùng một lần SAMBRUS-V	Ống nối dây máy thở đa hướng vật liệu polypropylen (PP), chiều dài 15 cm (mở rộng), với thiết kế linh hoạt, ống dây đa hướng có thể co giãn và dễ dàng định hình. Có nối phía bệnh nhân có thể xoay tại 2 vị trí, có cổng lấy khí với nắp đậy có định trên co nối. Đầu nối tiêu chuẩn 22mmM- 22mmM/15mmF, dùng 1 lần, tiệt trùng bằng Ethylene Oxyde."				
16	Túi ép dẹt tiệt trùng nhiệt độ cao	Gồm 2 lớp: 1 lớp giấy, 1 lớp phim. Lớp giấy:có độ bền cơ học cao, đảm bảo 100% vi khuẩn không xâm nhập vào bên trong bao gói sau 1 lần tiệt khuẩn. Màng film hai lớp: PET/CPP dày $\geq 52\text{ }\mu\text{m}$. Kích thước: 25cm x 200m.				
	Tổng 16 danh mục.					

Mẫu báo giá

Áp dụng đối với gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế; gói thầu mua sắm linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho trang thiết bị y tế

BÁO GIÁ⁽¹⁾

Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá/

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi....[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan

STT	Danh mục thiết bị y tế ⁽²⁾	Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất ⁽³⁾	Mã HS ⁽⁴⁾	Năm sản xuất ⁽⁵⁾	Xuất xứ ⁽⁶⁾	Số lượng/ khối lượng ⁽⁷⁾	Đơn giá ⁽⁸⁾ các dịch vụ liên quan ⁽⁹⁾ (VND)	Thuế, phí, lệ phí (nếu có) ⁽¹⁰⁾ (VND)	Thành tiền ⁽¹¹⁾ (VND)
1	Thiết bị A								
2	Thiết bị B								
n	...								

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế)

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng ... năm. ..[ghi ngàytháng....năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá].

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày..... tháng.....năm.....

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp⁽¹²⁾

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))

Ghi chú:

(1) Hãng sản xuất, nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này. Trường hợp yêu cầu gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản của nhà thầu để gửi báo giá và các tài liệu liên quan cho Chủ đầu tư theo hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Trong trường hợp này, hãng sản xuất, nhà cung cấp không phải ký tên, đóng dấu theo yêu cầu tại ghi chú 12.

(2) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi chủng loại thiết bị y tế theo đúng yêu cầu ghi tại cột “Danh mục thiết bị y tế” trong Yêu cầu báo giá.

(3) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể tên gọi, ký hiệu, mã hiệu, model, hãng sản xuất của thiết bị y tế tương ứng với chủng loại thiết bị y tế ghi tại cột “Danh mục thiết bị y tế”.

(4) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể mã HS của từng thiết bị y tế.

(5), (6) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể năm sản xuất, xuất xứ của thiết bị y tế.

(7) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể số lượng, khối lượng theo đúng số lượng, khối lượng nêu trong Yêu cầu báo giá.

(8) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị của đơn giá tương ứng với từng thiết bị y tế.

(9) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị để thực hiện các dịch vụ liên quan như lắp đặt, vận chuyển, bảo quản cho từng thiết bị y tế hoặc toàn bộ thiết bị y tế; chỉ tính chi phí cho các dịch vụ liên quan trong nước.

(10) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị thuế, phí, lệ phí (nếu có) cho từng thiết bị y tế hoặc toàn bộ thiết bị y tế. Đối với các thiết bị y tế nhập khẩu, hãng sản xuất, nhà cung cấp phải tính toán các chi phí nhập khẩu, hải quan, bảo hiểm và các chi phí khác ngoài lãnh thổ Việt Nam để phân bổ vào đơn giá của thiết bị y tế.

(11) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi giá trị báo giá cho từng thiết bị y tế. Giá trị ghi tại cột này được hiểu là toàn bộ chi phí của từng thiết bị y tế (bao gồm thuế, phí, lệ phí và dịch vụ liên quan (nếu có)) theo đúng yêu cầu nêu trong Yêu cầu báo giá.

Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi đơn giá, chi phí cho các dịch vụ liên quan, thuế, phí, lệ phí và thành tiền bằng đồng Việt Nam (VND). Trường hợp ghi bằng đồng tiền nước ngoài, Chủ đầu tư sẽ quy đổi về đồng Việt Nam để xem xét theo tỷ giá quy đổi của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCB) công bố tại thời điểm ngày kết thúc nhận báo giá.

(12) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá.

Trường hợp áp dụng cách thức gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản nhà thầu của mình để gửi báo giá. Trường hợp liên danh, các thành viên thống nhất cử một đại diện thay mặt liên danh nộp báo giá trên Hệ thống. Trong trường hợp này, thành viên đại diện liên danh truy cập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng chứng thư số cấp cho nhà thầu của mình để gửi báo giá. Việc diễn các thông tin và nộp Báo giá thực hiện theo hướng dẫn tại Mẫu Báo giá và hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.