

Số: 36 /TM - BVUB

Bắc Giang, ngày 07 tháng 5 năm 2024

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Kính gửi: Các đơn vị cung ứng.

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ về việc thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Bệnh viện Ung Bướu tỉnh Bắc Giang có kế hoạch thực hiện mua sắm gói thầu: Mua vật tư y tế lần 2 năm 2024. Yêu cầu phạm vi cung cấp hàng hóa chi tiết tại **Phụ lục 01** kèm theo.

Kính đề nghị các Công ty/ Đơn vị quan tâm và có đủ kinh nghiệm, năng lực, điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật, gửi bản Báo giá theo mẫu tại **Phụ lục 02** để Bệnh viện có căn cứ xây dựng dự toán của gói thầu.

Địa điểm tiếp nhận báo giá: Phòng Vật tư - TBYT, Bệnh viện Ung bướu tỉnh Bắc Giang. Xã Tân Mỹ, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. SĐT: 0204.3666 222.


Địa chỉ nhận bản điện tử: Bvubuou@bacgiang.gov.vn.

Thời hạn nhận báo giá: Trước 16h30 ngày 22/05/2024, kể từ ngày đăng tải thư mời thành công trên trang web bệnh viện Ung Bướu Bắc Giang.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HSĐT.



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Danh Song

PHỤ LỤC 01:

(Kèm theo thư mời số: 36 /TM - BVUB ngày 07 tháng 05 năm 2024 của Bệnh viện Ung bướu tỉnh Bắc Giang)

TT	Tên hàng hoá	Thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
1	Băng dính cuộn vải lụa y tế	Kích thước 5cm x 5m, nền bằng vải lụa Taffeta phủ keo, số sợi: 44x18/cm2, keo oxit kẽm không dùng dung môi, lõi nhựa liền với cánh bảo vệ	Cuộn	400	
2	Băng keo chỉ thị nhiệt dùng cho tiệt khuẩn hơi nước	Kích thước : 24 mm x 55m Băng keo chỉ thị nhiệt với vạch mực chuyển màu giúp xác định gói dụng cụ đã qua tiếp xúc với quá trình tiệt khuẩn hay chưa. Vạch chỉ thị sẽ chuyển sang màu đen sau khi qua tiệt khuẩn. Sản phẩm không chứa chì. Lớp nền giấy crepe : 75-85% Chất bám dính : 10 - 20 % Acrylic Polymer : 2 -5% Mực chỉ thị : 0,5-2%.	Cuộn	15	
3	Bộ dây truyền dịch kim 2 cánh bướm	Van khoá điều chỉnh, kim chai sản xuất từ hạt nhựa ABS nguyên sinh. Van thoát khí có thiết kế màng lọc khí vô khuẩn. Buồng nhỏ giọt thể tích $\geq 8.5\text{ml}$, có màng lọc dịch $\leq 15\mu\text{m}$. Có bầu cao su tiếp thuốc. Dây dẫn cấu tạo từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh, mềm dẻo, dai, độ đàn hồi cao, không gãy gập khi bảo quản và sử dụng; Độ dài dây truyền $\geq 1700\text{mm}$. Dây truyền dịch kèm kim hai cánh bướm 23Gx3/4". Đầu nối Luer lock có cơ chế xoay giúp cho việc gắn kết với kim luôn chắc chắn và dễ thao tác khi sử dụng. Đạt tiêu chuẩn CE ; TCVN 6591-4: 2008; tiêu chuẩn tiệt trùng EN ISO 11135: 2014, EN ISO 13485	Bộ	20.000	

TT	Tên hàng hoá	Thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
4	Bơm tiêm sử dụng một lần 20 ml	- Xy lanh dung tích 20ml được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba vĩa. Vạch chia dung tích rõ nét. - Pít tông có khía bề gãy để hủy, không có ba vĩa. - Bề mặt gioăng phẳng giúp bơm hết hành trình của thuốc. - Kim làm bằng thép không gỉ, sắc nhọn, vát 3 cạnh. Kim cỡ 23Gx1". Đốc kim có màu giúp phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế và được gắn chặt với thân kim không gây rò rỉ, an toàn khi sử dụng. - Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). Đạt tiêu chuẩn CE, TCVN 5903:1995, tiêu chuẩn tiệt trùng EN ISO 11135: 2014, EN ISO 13485.	Cái	300	
5	Ống mở khí quản	Có bóng. Làm từ nhựa PVC bán cứng. Cong 90 độ. Có vạch cân quang chạy dọc thân. Đầu nối tiêu chuẩn 15mm. Kích thước : 5,0 mm - 10 mm	Cái	40	
6	Chỉ tan tổng hợp đa sợi	Chỉ tiêu Polyglactine 910 số 1, chỉ dài 90cm. Kim tròn, độ cong 1/2 vòng tròn, kim dài 40mm. Là loại chỉ tự tiêu tổng hợp đa sợi, tiệt trùng, thành phần gồm 90% Glycolide và 10% L-lactide. Bề mặt sợi chỉ được tráng bởi một lớp tổng hợp của Poly(glycolid-co-Lactide) và Calcium stearate. Chỉ mất sức căng và tự tiêu do hiện tượng thủy phân. Sau hai tuần cấy ghép sức căng của chỉ còn khoảng 75% và sau bốn tuần còn 25%. Chỉ sẽ tự tiêu hoàn toàn trong vòng 56 đến 72 ngày. Chỉ đáp ứng tiêu chuẩn của chuyên khoa Dược phẩm Mỹ. Chỉ có hai màu tím và không màu, khả năng gây dị ứng rất thấp. Tiêu chuẩn ISO 13485:2016 ; EC.	Sợi	264	
7	Dây hút dịch (nhót) không nắp	Các số 5-6-8-10-12-14-16-18. Sản phẩm được kết cấu 02 phần. Khóa van và dây dẫn. Dây dẫn được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh không chứa DEHP, nhựa trong, nhẵn bóng tránh gây tổn thương, xây xước niêm mạc, đầu dây hút có 2 mắt phụ để hút. Khóa van chia nhiều màu để phân biệt giữa các số, có 2 loại có nắp và không nắp.	Cái	260	
8	Dây thở oxy 2 nhánh	- Chất liệu nhựa PVC y tế cao cấp, bao gồm dây dẫn và gọng mũi - Không chứa chất DEHP, được tiệt trùng bằng khí EO	Chiếc	700	

TT	Tên hàng hoá	Thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
		- Ống dây mềm, chống vặn xoắn. Bề mặt trơn nhẵn. - Ống không bị tác động bởi oxy hay thuốc - Đầu thở mềm, có 2 ống thẳng đưa vào mũi màu trắng trong, không có chất tạo màu - Các cỡ: trẻ sơ sinh, trẻ em và người lớn - Dây dẫn có chiều dài ≥ 2 m, lòng ống có khía chống gập. - Đóng gói 1 cái/ túi và tiệt trùng bằng khí EO			
9	Găng tay phẫu thuật tiệt trùng	Găng tay được sản xuất từ nguyên liệu cao su tự nhiên ly tâm hai lần nhằm loại trừ các tạp chất, độc tố và các tác nhân gây dị ứng. Công nghệ lột nước được áp dụng trên các hệ thống nhúng găng tự động giúp giảm đáng kể các hóa chất dư thừa, các tác nhân gây kích ứng da,... chứa trong găng. Hàm lượng Protein nhỏ hơn 200μg/g. Mức độ nhiễm tĩnh điện nhỏ hơn 100V. Chiều dài: Size 7; 7½ : 282mm$\pm$7mm. '- Chiều rộng lòng bàn tay: Size 7: 89mm$\pm$5mm, Size 7½: 95mm$\pm$5mm. Chiều dày tối thiểu 1 lớp cho các cỡ: min 0.15mm÷0,18mm. Lượng bột bôi trơn (nằm ở mặt trong chiếc găng): 100mg$\pm$20mg. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485.	Đôi	4.500	
10	Găng tay y tế không vô trùng có bột	Găng tay khám bệnh các số có bột dùng trong y tế. Chiều dài tối thiểu 220mm. Độ dày trung bình 1 lớp tối thiểu 0,08mm Lực kéo trước giá hóa : $\geq 7,0$ N, Sau già hóa: $\geq 6,0$ N. Độ giãn đứt tối thiểu : Trước già hóa : 650 %. Sau già hóa: 500% .Mức độ bột tối đa (nằm ở mặt trong chiếc găng): 10mg/dm². Hàm lượng Protein dưới 200μg/dm²	Đôi	76.000	
11	Gel dùng trong nội soi	Gel bôi trơn được sử dụng để bôi trơn nội soi dạ dày, nội soi đại tràng, nội soi trực tràng, bôi trơn âm đạo... đã được tiệt trùng. Nó không gây ra dị ứng, không gây kích ứng da. Hòa tan được trong nước, dễ dàng làm sạch, không chứa tạp chất, dầu và chất nhờn. Không độc hại và không có mùi hôi. Thành phần chính : Water, Glycerin, Monopropylen, Hydroxyl ethyl cellulose, Carbomer, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Sodium hydroxide không chứa muối	Tuýp	100	

TT	Tên hàng hoá	Thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
		và formaldehyde.			
12	Gel siêu âm	Gel siêu âm tan trong nước dùng trong siêu âm chẩn đoán y khoa	lít	120	
13	Giấy in máy điện tim 6 cần	- Kích thước 110mm * 140mm * 143 tờ, chất liệu bằng giấy in nhiệt, loại không có dòng kẻ, tương thích với máy điện tim 6 cần hãng Nihon Kodan, Fukuda - Dạng tập. Có bao bì bảo vệ. Quy cách: 60 tập/thùng - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE	Tập	210	
14	Giấy in nhiệt	Rộng 57mm, đường kính 45mm	Cuộn	30	
15	Giấy in siêu âm	- Dạng cuộn, chiều rộng 110mm, chiều dài 20m. Dung lượng: Khoảng 215 bản in cho mỗi cuộn. - Giấy dùng trong y tế, dùng để in hình ảnh siêu âm đen trắng cho các dòng máy in siêu âm của hãng Sony - Đựng trong túi thiếc bảo quản - Giải màu xám hiện thị rõ nét với độ phân giải cao, độ bền hình ảnh tốt, in ra bản in tương đương với bản gốc, độ phân giải cao - Sản phẩm được sản xuất bởi cơ sở có chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 13485, EC - Hàng mới 100%, quy cách đóng gói: Hộp/5 cuộn.	Cuộn	200	
16	Khóa 3 chạc kèm dây nối	Khóa ba ngã gồm 2 đầu kết nối có nắp vặn khóa đóng mở được và khóa luer-lock. - Có dây nối dài $\geq 25\text{cm}$, mềm dẻo làm từ nhựa nguyên sinh trong suốt, không chứa độc tố, có khóa chặn dòng. - Chạc ba có nòng trơn nhẵn, đảm bảo dòng chảy, góc xoay 360 độ. - Khóa không hở, thông tốt, độ nhạy tốt, dễ điều chỉnh	Cái	1.020	

TT	Tên hàng hoá	Thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
17	Ống li tâm máu eppendof	Làm bằng nhựa PP, có nắp đậy liền thân, chưa tiết trùng. Chia vạch thể tích đến 1,5 ml Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	Cái	2.700	
18	Ống nghiệm Natri citrate 3.8%	Ống có hình dạng lăng trụ đáy tròn, có nắp đậy bằng nhựaNắp nhựa LDPE đậy kín thành ống và giữ chặt bởi khe tròn giữa ba vòng răng thành trong của nắp và lõi lọt trong lòng của ống.Kích thước ống : 12-13 x 75mm , thể tích ống 5 ml , chịu được lực quay ty tâm 6,000 vòng / phút trong vòng 5-10 phút.Nắp nhựa LDPE đậy kín thành ống và được giữ chặt bởi khe tròn giữa 3 vòng răng ở thành trong của nắp.Nồng độ muối Natri citrate (Trisodium Citrate) là 3,8 mg trên 1 ml máu (từ 0,1 mol / l đến 0,136 mol / l).Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	Cái	1.600	
19	Ống nghiệm Heparin	Ống có hình dạng lăng trụ đáy tròn, có nắp đậy bằng nhựa Nắp nhựa LDPE đậy kín thành ống và giữ chặt bởi khe tròn giữa ba vòng răng thành trong của nắp và lõi lọt trong lòng của ống. Kích thước ống : 12-13 x 75mm , thể tích ống 5 ml , chịu được lực quay ty tâm 6,000 vòng / phút trong vòng 5-10 phút. Nắp nhựa LDPE đậy kín thành ống và được giữ chặt bởi khe tròn giữa 3 vòng răng ở thành trong của nắp. Hoá chất Heparin Lithium được phun dưới dạng hạt sương bên trong thành ống. Nồng độ phải đạt trong khoảng từ 0,1mg - 0,2 mg (15-30IU) Heparin lithium trên 1 ml máu. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	Cái	10.000	
20	Ống nghiệm nhựa PS có nắp	Chất liệu nhựa PS, kích thước 16 mm x 100m.	Cái	4.000	
21	Ống nghiệm serum	Ống được làm vật liệu nhựa Polypropylen mới 100% trung tính. Kích thước ống : 13 mm x 75mm, thể tích ống 5 ml, chịu được lực quay ly tâm 6000 vòng / phút trong vòng 5-10 phút.Nắp nhựa LDPQ đậy kín thành ống. Hoá chất : Blood clotting Activator (BCA) được bơm bên trong thành ống.	Cái	300	

TT	Tên hàng hoá	Thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
		Nồng độ: từ 0,5mb đến 1mg BCA / ml máu Hạt nhựa polystyrene hình khối trụ 0,3-0,5g để tách nhanh huyết thanh.			
22	Sonde dẫn lưu ổ bụng người lớn	Ống dẫn lưu được làm từ nhựa PVC y tế. Ống dây mềm, dẻo, có tính đàn hồi cao, giúp thuận tiện khi thao tác. Tiệt trùng bằng khí EO	Chiếc	250	
23	Túi tiệt trùng dạng cuộn dẹt	Gồm 2 lớp: 1 lớp giấy, 1 lớp phim. Lớp giấy: có độ bền cao, đảm bảo 100% vi khuẩn không xâm nhập vào bên trong bao gói sau 1 lần tiệt khuẩn. Màng film hai lớp: PET/ CPP dày $\geq 52 \mu\text{m}$. Kích thước: 25cm x 200m. Sử dụng cho tiệt khuẩn hơi nước nhiệt độ cao.	cuộn	11	
24	Lam kính mài	Chất liệu kính Soda vôi, kích thước 25.4*76.2mm, độ dày 1.0-1.2mm, mài mờ một đầu, bề mặt phẳng, không mốc.	Chiếc	8.800	
25	Lọ lấy mẫu bệnh phẩm	Lọ mẫu nước tiểu bằng nhựa PP tinh khiết 100%, dung tích 60ml, Nắp màu đỏ. Sử dụng nhựa trung tính không phản ứng với các loại hóa chất bên trong, Tiệt trùng bằng khí EO.	Chiếc	700	
26	Tấm lót bệnh phẩm	Miếng lót màu xanh, cho phép dung môi và parafin đi qua, chống hóa chất dùng để bọc mẫu nội soi, sinh thiết nhỏ tránh bị mất mẫu trong quá trình chuyển mẫu. Kích thước 30x25x1.7 mm	Cái	3.000	
Tổng: 26 danh mục.					

PHỤ LỤC 2: MẪU BÁO GIÁ
(Kèm theo Thư mời báo giá số 36 /TM-BVUB ngày 07/5/2024)

TÊN ĐƠN VỊ CUNG CẤP DỊCH VỤ **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Ung bướu tỉnh Bắc Giang

(Tên đơn vị):
Địa chỉ:
Căn cứ vào thư mời báo giá của Bệnh viện Ung bướu tỉnh Bắc Giang và khả năng cung cấp của công ty, chúng tôi xin gửi tới Quý viện bản báo giá như sau:

STT	Tên hàng hóa	Tên Thương mại (nếu có)	Chủng loại/ký mã hiệu sản phẩm	Mã HS (nếu có)	Thông số Kỹ thuật	Hãng, nước sản xuất	Quy cách	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá Có VAT	Chi phí cho các dịch vụ liên quan	Thành tiền VAT	Ghi chú
1													
2													
3													
....													
(n)													

Báo giá có hiệu lực:..... Ngày, kể từ ngày báo giá.

Đại diện hợp pháp của đơn vị báo giá
(Ký, ghi rõ chức danh, họ tên và đóng dấu)