

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam.

Bệnh viện Ung bướu có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá mua: Tủ thao tác chuyên dùng cho giải phẫu bệnh của Bệnh viện Ung bướu tỉnh Bắc Giang. Các nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị mời báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Ung bướu tỉnh Bắc Giang.
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
 - Ông Thế Huy.
 - Chức vụ: Trưởng phòng Vật tư – TBYT.
 - Điện thoại: 0868 389 555.
 - Email: thehuyyen@gmail.com.
- Cách thức tiếp nhận báo giá:

Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Vật tư – TBYT, Bệnh viện Ung bướu tỉnh Bắc Giang, xã Tân Mỹ, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h00p ngày 02 tháng 7 năm 2024 đến trước 16h30p ngày 15 tháng 7 năm 2024.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 120 ngày, kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2024.

II. Nội dung mời báo giá:

- Danh mục trang thiết bị: tại Phụ lục kèm theo.
- Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế:
 - Khoa Giải phẫu bệnh.
 - Hàng khi giao hàng phải còn nguyên đai, nguyên kiện, còn nguyên niêm phong của hãng sản xuất, không có hiện tượng trầy xước, vỡ, ẩm ướt...
 - Mô tả cụ thể tại Phụ lục kèm theo.
 - Các đơn vị thực hiện báo giá theo mẫu kèm theo.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Trong vòng 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: xác định trong nội dung Hồ sơ mời thầu.

5. Các thông tin khác (nếu có): Không.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HSMS.

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Danh Song

PHỤ LỤC: BẢNG MÔ TẢ CHI TIẾT CẤU HÌNH, THÔNG SỐ KỸ THUẬT TỦ THAO TÁC
CHUYÊN DÙNG CHO GIẢI PHẪU BỆNH
(Kèm theo thư mời báo giá số 66/TM – BVUB ngày 28/6/2024)

STT	Cấu hình, Thông số kỹ thuật
	I. YÊU CẦU CHUNG: Số lượng: 01 chiếc Thiết bị mới 100% Năm sản xuất: 2023 trở về sau Thiết bị đạt các tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001 hoặc tương đương Nguồn cung cấp: 100V-240V/50 Hz Môi trường hoạt động: + Nhiệt độ: Từ 5°C đến 40°C + Độ ẩm: Từ 60% đến 80% Bảo hành ≥ 12 tháng kể từ ngày ký biên bản bàn giao, nghiệm thu đưa thiết bị vào hoạt động. Bàn giao, lắp đặt hướng dẫn sử dụng tại khoa sử dụng của bệnh viện Ung bướu tỉnh Bắc Giang.
	II. Phạm vi cung cấp cho 1 chiếc bao gồm:
	1. Máy chính - Máy chính 01 chiếc 2. Phụ kiện tiêu chuẩn - Mặt bàn làm việc được cố định chiều cao 01 chiếc - Thông gió phía sau 01 Bộ - Đầu kết nối đường nước nóng, đường nước lạnh với công tắc đạp chân 01 chiếc - Chậu rửa và tráng 01 bộ - Hộp đựng và chia giấy lau. 01 bộ - Ổ cắm điện bên trong tủ 01 bộ

	- Thanh chứa dụng cụ dạng từ tính 01 bộ - Đèn chiếu sáng LED 01 bộ - Giá để camera 01 bộ - Giá sử dụng để gắn máy tính và bàn phím 01 bộ - Bàn phẫu tích bằng polyethylene hoặc tương đương. 01 chiếc - Camera ghi và lưu hình ảnh đại thể 01 bộ - Bộ phân phối Formalin với công tắc đập chân 01 bộ - Bình phân phối Formalin 01 chiếc - Bình đựng Formalin thải 01 chiếc - Bộ nghiền chất thải : 01 bộ - Kéo thẳng 18cm: 01 chiếc - Kéo thẳng 14cm: 01 chiếc. - Forcep thẳng 20cm: 01 chiếc - Forcep thẳng 12cm: 01 chiếc. - Forcep cong 12 cm: 01 chiếc - Sách hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và bản dịch tiếng Việt Nam. : 01 bộ
	III. Thông số kỹ thuật: + Tủ được thiết kế chuyên dùng cho giải phẫu bệnh lý * Tiêu chuẩn thiết kế và tính năng của tủ: - Kết cấu tủ bên trong và bên ngoài tủ được làm bằng thép không gỉ loại 304 trở lên. - Dòng khí của tủ hút xuống và thải ra phía sau, kết nối với hệ thống thoát khí trung tâm. + Chậu rửa với vòi cung cấp nước nóng/lạnh. + Hệ thống có bộ nghiền vật thải công suất $\geq \frac{1}{2}$ Hp. + Tủ được cung cấp đồng bộ theo bộ điều khiển bằng chân, điều khiển chế độ nước nóng, lạnh

	+ Có hệ thống phân phối formalin và thu Formalin thải. + Chiếu sáng trực tiếp bề mặt làm việc với hệ thống đèn chiếu sáng LED hoặc tương đương , tuổi thọ đến ≥ 50.000 giờ. + Bộ ngắt chân không bảo vệ nguồn nước cung cấp. + Tủ có trang bị ổ cắm điện bên trong. + Có khay chứa giấy. + Tủ có hệ thống giá mang và camera, bàn phím và màn hình. - Tủ có khả năng lập trình để điều chỉnh độ nhạy, bộ điều khiển cảm ứng, thay đổi ngày giờ và báo hiệu thay thế bộ lọc. - Kích thước tủ: $\geq$ Dài 1500mm x Rộng 800mm x Cao 1950mm - Bộ trộn nước nóng, lạnh với đầu vòi sen. - Thanh giữ dụng cụ từ tính gắn trên thành tủ ≥ 1 thanh
--	---