

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam.

Bệnh viện Ung bướu có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá mua: Máy nhuộm tiêu bản tự động của Bệnh viện Ung bướu tỉnh Bắc Giang. Các nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị mời báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Ung bướu tỉnh Bắc Giang.
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
 - Ông Thế Huy.
 - Chức vụ: Trưởng phòng Vật tư – TBYT.
 - Điện thoại: 0868 389 555.
 - Email: thehuyyen@gmail.com.
- Cách thức tiếp nhận báo giá:

Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Vật tư – TBYT, Bệnh viện Ung bướu tỉnh Bắc Giang, xã Tân Mỹ, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h00p ngày 02 tháng 7 năm 2024 đến trước 16h30p ngày 15 tháng 7 năm 2024.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 120 ngày, kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2024.

II. Nội dung mời báo giá:

- Danh mục trang thiết bị: tại Phụ lục kèm theo.
- Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế:
 - Khoa Giải phẫu bệnh.
 - Hàng khi giao hàng phải còn nguyên đai, nguyên kiện, còn nguyên niêm phong của hãng sản xuất, không có hiện tượng trầy xước, vỡ, ẩm ướt...
 - Mô tả cụ thể tại Phụ lục kèm theo.
 - Các đơn vị thực hiện báo giá theo mẫu kèm theo.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Trong vòng 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: xác định trong nội dung Hồ sơ mời thầu.

5. Các thông tin khác (nếu có): Không.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HSMS.



Nguyễn Danh Song

PHỤ LỤC: BẢNG MÔ TẢ CHI TIẾT CẤU HÌNH, THÔNG SỐ KỸ THUẬT
MÁY NHUỘM TIÊU BẢN TỰ ĐỘNG
(Kèm theo thư mời báo giá số /TM – BVUB ngày /6/2024)

STT	Cấu hình, Thông số kỹ thuật
	Máy nhuộm tiêu bản tự động I. YÊU CẦU CHUNG: Số lượng: 01 chiếc Thiết bị mới 100% Năm sản xuất: 2023 trở về sau Thiết bị đạt các tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001 hoặc tương đương Nguồn cung cấp: 100V-240V/50 Hz Môi trường hoạt động: + Nhiệt độ: Từ 5°C đến 40°C + Độ ẩm: Từ 30% đến 80% Bảo hành ≥ 12 tháng kể từ ngày ký biên bản bàn giao, nghiệm thu đưa thiết bị vào hoạt động. Bàn giao, lắp đặt hướng dẫn sử dụng tại khoa sử dụng của bệnh viện Ung bướu tỉnh Bắc Giang. II. Cấu hình: - Máy chính kèm bộ phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ

	- Phụ kiện tiêu chuẩn, bao gồm: ≥ 02 giá mang lam kính, khả năng chứa ≥ 28 lam/giá ≥ 30 bình chứa hóa chất ≥ 04 trạm nhận mẫu ≥ 04 trạm lấy mẫu ra ≥ 06 trạm rửa nước 01 bộ Sách hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và bản dịch tiếng Việt Nam. III. Thông số kỹ thuật: - Thiết kế theo dạng module, 01 tầng, có thể kết nối với máy dán lamên. - Số chương trình nhuộm tối đa: + Số chương trình nhuộm đồng thời: ≥ 12. + Khả năng lưu: ≥ 20 chương trình nhuộm, ≥ 35 bước/chương trình nhuộm. - Màn hình hiển thị tinh thể lỏng/LCD hoặc tương đương, hiển thị các thông số và các chương trình. - Lựa chọn các thông số nhuộm cho từng bước của chương trình : Vị trí khay đựng hóa chất, thời gian từ 1 giây đến ≥ 50 phút. - Điều chỉnh thời gian rút hóa chất kết hợp với công nghệ thu gom giọt hóa chất trên lam kính.
--	---

	- Tổng số trạm: ≥ 40 trạm, bao gồm: + Trạm nhận mẫu: ≥ 04. + Trạm lấy mẫu ra: ≥ 04. + Trạm nước rửa: ≥ 06. + Trạm chứa hóa chất: ≥ 30 trạm - Số giờ đựng lam: ≥ 12 giờ, nhuộm đồng thời theo 1 chương trình xác định hoặc theo nhiều chương trình khác nhau. - Khả năng chứa của mỗi giỏ: ≥ 28 lam kính. - Công suất nhuộm: ≥ 500 lam/giờ - Có hệ thống an toàn cho người sử dụng và môi trường. - Kích thước: $\geq$ Dài 1,200mm x Rộng 650mm x Cao 600mm - Trọng lượng: ≥ 110 kg - Thể tích nước rửa : ≥ 250ml
--	--

