

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam.

Bệnh viện Ung bướu có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá mua: Kính hiển vi 2 mắt của Bệnh viện Ung bướu tỉnh Bắc Giang. Các nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị mời báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Ung bướu tỉnh Bắc Giang.
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
 - Ông Thế Huy.
 - Chức vụ: Trưởng phòng Vật tư – TBYT.
 - Điện thoại: 0868 389 555.
 - Email: thehuyyen@gmail.com.
- Cách thức tiếp nhận báo giá:

Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Vật tư – TBYT, Bệnh viện Ung bướu tỉnh Bắc Giang, xã Tân Mỹ, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h00p ngày 02 tháng 7 năm 2024 đến trước 16h30p ngày 15 tháng 7 năm 2024.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 120 ngày, kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2024.

II. Nội dung mời báo giá:

- Danh mục trang thiết bị: tại Phụ lục kèm theo.
- Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế:
 - Khoa Xét nghiệm.
 - Hàng khi giao hàng phải còn nguyên đai, nguyên kiện, còn nguyên niêm phong của hãng sản xuất, không có hiện tượng trầy xước, vỡ, ẩm ướt...
 - Mô tả cụ thể tại Phụ lục kèm theo.
 - Các đơn vị thực hiện báo giá theo mẫu kèm theo.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Trong vòng 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: xác định trong nội dung Hồ sơ mời thầu.

5. Các thông tin khác (nếu có): Không.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HSMS.



Nguyễn Danh Song

PHỤ LỤC: BẢNG MÔ TẢ CHI TIẾT CẤU HÌNH, THÔNG SỐ KỸ THUẬT KÍNH HIỂN VI 2 MẮT
(Kèm theo thư mời báo giá số /TM – BVUB ngày /6/2024)

TT	NỘI DUNG YÊU CẦU
I	YÊU CẦU CHUNG
	Số lượng: 01 chiếc
	Thiết bị mới 100%
	Năm sản xuất: 2023 trở về sau
	Thiết bị đạt các tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001 hoặc tương đương
	Nguồn cung cấp: 100V-240V/50 Hz
	Môi trường hoạt động: + Nhiệt độ: Từ 5°C đến 40°C + Độ ẩm: Từ 60% đến 80%
	Bảo hành ≥ 12 tháng kể từ ngày ký biên bản bàn giao, nghiệm thu đưa thiết bị vào hoạt động.
	Bàn giao, lắp đặt hướng dẫn sử dụng tại khoa sử dụng của bệnh viện Ung bướu tỉnh Bắc Giang.
II	CẤU HÌNH TIÊU CHUẨN
	Thân kính hiển vi: 01 cái
	Đầu quan sát loại 2 mắt: 01 cái
	Thị kính 10X, vi trường quan sát ≥ 20 mm: 02 cái
	Vật kính phẳng tiêu sắc 4X/ độ mở 0.1 khoảng cách làm việc ≥ 18 mm: 01 cái
	Vật kính phẳng tiêu sắc 10X/ độ mở 0.25mm khoảng cách làm việc ≥ 10 mm: 01 cái
	Vật kính phẳng tiêu sắc 40X/ độ mở 0.65mm khoảng cách làm việc ≥ 0.5 mm: 01 cái
	Vật kính phẳng tiêu sắc 100XO/ độ mở 1.25mm khoảng cách làm việc ≥ 0.1 mm: 01 cái
	Hộp tụ quang có ≥ 6 vị trí: 01 cái
	Lọ dầu soi ≥ 8 ml: 01 lọ

	Dây nguồn: 01 cái
	Bao che bụi: 01 cái
	Tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh và bản dịch ra tiếng Việt Nam: 01 bộ.
III	TÍNH NĂNG KỸ THUẬT
	Hệ thống quang học: vô cực
	Hệ thống đèn chiếu sáng LED, tuổi thọ ≥ 60.000 giờ
	Độ phóng đại: ≥ 1000 lần
	Đầu quan sát 2 đường truyền quang
	Mâm gắn vật kính: Có ≥ 5 vị trí gắn vật kính
	Vật kính phẳng tiêu sắc 4X/ độ mở 0.1 khoảng cách làm việc $\geq 18\text{mm}$
	Vật kính phẳng tiêu sắc 10X/ độ mở 0.25mm khoảng cách làm việc $\geq 10\text{mm}$
	Vật kính phẳng tiêu sắc 40X/ độ mở 0.65mm khoảng cách làm việc $\geq 0.5\text{mm}$
	Vật kính phẳng tiêu sắc 100XO/ độ mở 1.25mm khoảng cách làm việc $\geq 0.1\text{mm}$
	Thị kính 10X, vi trường rộng $\geq 20\text{mm}$, nghiêng $\geq 30^\circ$
	Điều chỉnh khoảng cách đồng tử từ $\leq 48\text{mm}$ - $\geq 75\text{mm}$
	Điều chỉnh tiêu cự: Khoảng cách di chuyển bàn di mẫu (bước chỉnh thô: $\geq 15\text{mm}$); Mỗi vòng chỉnh thô: $\geq 35\text{mm}$; Có vòng chỉnh tinh (bước điều chỉnh nhỏ nhất: $\leq 2.5\mu\text{m}$)
	Kích thước bàn sa trượt $\geq 210\text{mm} \times 150\text{mm}$ di chuyển theo 2 trục $\geq 75\text{mm}$ (X) x 50 mm (Y)
	Hộp tụ quang có ≥ 6 vị trí dùng cho kỹ thuật sáng, phân cực, huỳnh quang, phản pha và trường tối

