

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam.

Bệnh viện Ung bướu có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá mua: Dao mổ điện cao tần của Bệnh viện Ung bướu tỉnh Bắc Giang. Các nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị mời báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Ung bướu tỉnh Bắc Giang.
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
 - Ông Thế Huy.
 - Chức vụ: Trưởng phòng Vật tư – TBYT.
 - Điện thoại: 0868 389 555.
 - Email: thehuyyen@gmail.com.
- Cách thức tiếp nhận báo giá:

Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Vật tư – TBYT, Bệnh viện Ung bướu tỉnh Bắc Giang, xã Tân Mỹ, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h00p ngày 02 tháng 7 năm 2024 đến trước 16h30p ngày 15 tháng 7 năm 2024.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 120 ngày, kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2024.

II. Nội dung mời báo giá:

- Danh mục trang thiết bị: tại Phụ lục kèm theo.
- Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế:
 - Khoa Phẫu thuật – Gây mê hồi sức.
 - Hàng khi giao hàng phải còn nguyên đai, nguyên kiện, còn nguyên niêm phong của hãng sản xuất, không có hiện tượng trầy xước, vỡ, ẩm ướt...
 - Mô tả cụ thể tại Phụ lục kèm theo.
 - Các đơn vị thực hiện báo giá theo mẫu kèm theo.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Trong vòng 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: xác định trong nội dung Hồ sơ mời thầu.

5. Các thông tin khác (nếu có): Không.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HSMS.



Nguyễn Danh Song

PHỤ LỤC: BẢNG MÔ TẢ CHI TIẾT CẤU HÌNH, THÔNG SỐ KỸ THUẬT
DAO MỔ ĐIỆN CAO TẦN
(Kèm theo thư mời báo giá số 72/TM – BVUB ngày 28/6/2024)

ST T	Cấu hình, Thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
	I. YÊU CẦU CHUNG - Sản xuất năm: 2023 trở về sau, mới 100%. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương. - Điện áp làm việc: 220 - 240V; 50 - 60 Hz. - Môi trường hoạt động: + Nhiệt độ : Từ 20°C đến 40°C. + Độ ẩm : Từ 15% đến 85%. - Bảo hành ≥ 12 tháng kể từ ngày ký biên bản bàn giao nghiệm thu đưa thiết bị vào hoạt động - Bàn giao, lắp đặt hướng dẫn sử dụng tại khoa sử dụng của bệnh viện Ung bướu tỉnh Bắc Giang.	Chiếc	02
	II. CẤU HÌNH TIÊU CHUẨN CHO 01 CHIẾC - Máy chính: 01 chiếc - Adapter chuyển đổi cổng đơn cực nội soi: 01 chiếc - Tay dao mổ điện đơn cực sử dụng một lần: 10 chiếc - Kẹp lưỡng cực: 01 chiếc		

	- Dây nối lưỡng cực: 01 chiếc - Điện cực bệnh nhân sử dụng một lần: 50 tấm - Dây nối tám điện cực bệnh nhân: 01 chiếc - Bàn đạp chân đơn cực: 01 chiếc - Bàn đạp chân lưỡng cực: 01 chiếc - Dây nguồn: 01 cái - Xe để máy: 01 chiếc. - Hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh và tiếng Việt Nam: 01 bộ		
	III. TÍNH NĂNG, THÔNG SỐ KỸ THUẬT 1. Tính năng chung: - Thiết bị có chức năng phẫu thuật đơn cực và lưỡng cực. - Có khả năng vận hành đồng thời hai tay dao - Có ≥ 02 công nối với tay dao đơn cực, ≥ 01 công nối với tay dao lưỡng cực. - Có hệ thống kiểm soát chất lượng tiếp xúc của điện cực trung tính bệnh nhân, kiểm soát liên tục mức thay đổi của trở kháng tại vị trí dán điện cực. - An toàn, có chế độ cảnh báo bằng âm thanh, tín hiệu và thể hiện thông số trên màn hình. 2. Thông số kỹ thuật: - Giao diện sử dụng là màn hình cảm ứng ≥ 6 inches		

	- Công suất cắt tối đa $\geq 300 \text{ W}$ - Có công nghệ cảm ứng mô - Tần số hoạt động: $\geq 350 \text{ kHz}$ - Chế độ lưỡng cực (Bipolar): ≥ 3 chế độ hoạt động. <i>Thông số kỹ thuật:</i> + Điện áp đỉnh tối đa: $\leq 550\text{V}$. + Công suất tối đa: $\geq 95 \text{ W}$. + Hệ số cầm máu: $\geq 1,5$. - Chế độ cắt đơn cực (Monopolar CUT) có ≥ 3 chế độ hoạt động. <i>Thông số kỹ thuật:</i> + Điện áp đỉnh tối đa: $\leq 3000 \text{ V}$. + Công suất tối đa: $\geq 300 \text{ W}$. + Hệ số cầm máu: $\geq 1,5$ - Chế độ đốt đơn cực (Monopolar Coag) ≥ 5 chế độ hoạt động. <i>Thông số kỹ thuật:</i> + Điện áp đỉnh tối đa: $\leq 5000 \text{ V}$. + Công suất tối đa: $\geq 120 \text{ W}$ + Hệ số cầm máu: $\geq 1,5$		
--	---	--	--

