

Số: 88 /TM-BVUB

Bắc Giang, ngày 31 tháng 7 năm 2024

THƯ MỜI

Kính gửi: Các đơn vị cung ứng Mua máy hàn túi

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/2/2024 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2023/NQ-HĐND ngày 05/4/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành Quy định phân cấp thẩm quyền quản lý, sử dụng tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bắc Giang;

Căn cứ Quyết định số 615/QĐ - BVUB ngày 30/7/2024 của Bệnh viện Ung bướu tỉnh Bắc Giang về việc phê duyệt danh mục, số lượng Mua máy hàn túi

Bệnh viện Ung bướu tỉnh Bắc Giang mời các đơn vị cung ứng có đủ kinh nghiệm, năng lực tham gia báo giá gói Mua máy hàn túi của Bệnh viện Ung bướu tỉnh Bắc Giang với nội dung như sau:

1. Tên gói thầu: Mua máy hàn túi (Có Danh mục chi tiết kèm theo).

2. Báo giá đề nghị cung cấp

- Báo giá chỉ được xem xét khi điền chính xác các nội dung theo biểu mẫu gửi kèm.

- Bản cứng báo giá phải được người đại diện hợp pháp của doanh nghiệp ký xác nhận và đóng dấu đủ từng trang của báo giá và gửi về Bệnh viện Ung bướu tỉnh Bắc Giang; bản điện tử gửi về địa chỉ hòm thư bvubuou@bacgiang.gov.vn

3. Thời gian, địa điểm nhận báo giá

- Thời gian: Trước 10h00' ngày 05 tháng 8 năm 2024.

- Địa chỉ tiếp nhận báo giá: Phòng HCQT, Bệnh viện Ung bướu tỉnh Bắc Giang (Xã Tân Mỹ, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang).

- Điện thoại: 0204 3666 222/0832 765 683 (Đ/c Yến)

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đăng tải Website bệnh viện;
- Lưu VT, Hồ sơ.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Danh Song

PHỤ LỤC 1:

Danh mục, số lượng Mua máy hàn túi

(Kèm theo Thư mời số 88 /TM-BVUB ngày 31 /7/2024 của Bệnh viện Ung bướu tỉnh Bắc Giang)

STT	Danh mục	Đặc tính, thông số kỹ thuật	ĐVT	Số lượng	Ghi Chú
1	Máy hàn túi	* Yêu cầu chung - Năm sản xuất: năm 2023 trở về sau, mới 100% - Nhóm xuất xứ vùng lãnh thổ: G7/ Châu Âu - Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001:2015 - Nguồn điện: 220/230V, 50/60Hz - Môi trường hoạt động: Nhiệt độ tối đa: $\geq 25^{\circ}\text{C}$ Độ ẩm tối đa: $\leq 80\%$ * Cấu hình thiết bị - Máy chính: 01 máy - Máy in tích hợp trong máy chính: 01 cái - Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ * Đặc tính và thông số kỹ thuật - Hàn túi giấy và túi Tyvek - Hàn được cả túi ép phòng - Điều khiển bằng vi xử lý - Màn hình ≥ 7 thanh - Máy có khả năng tự động chạy	Chiếc	01	

STT	Danh mục	Đặc tính, thông số kỹ thuật	ĐVT	Số lượng	Ghi Chú
		- Nhiệt độ hàn túi: tối đa $\geq 220^{\circ}\text{C}$ - Có giám sát nhiệt độ hàn - Khoảng cách từ mép túi vào mối hàn điều chỉnh được từ: ≤ 5 - ≥ 35 mm - Độ rộng mối hàn: ≥ 12 mm - Tốc độ hàn: $\geq 10\text{m/phút}$ - Cho phép sai lệch nhiệt độ: $\leq 5^{\circ}\text{C}$ - Vỏ máy làm bằng sơn tĩnh điện hoặc thép không gỉ - Công suất: $\leq 160\text{W}$ - Tự động dừng máy khi thông số vượt giới hạn cho phép - Có thể kết nối với máy tính thông qua cổng RS232 - Có thể kết nối với máy quét mã vạch - Có tính năng chờ khi máy không hoạt động - Có hiển thị nhiệt độ hàn - Có tích hợp máy in để in thông tin: mã số nhà sản xuất, hoặc nhân viên, ngày giờ đóng gói, hạn sử dụng, số lô, số mẻ, ... - Độ ồn: $\leq 70\text{d(B/A)}$			

PHỤ LỤC 2: MẪU BÁO GIÁ

Tên doanh nghiệp:.....
Địa chỉ ĐKKD.....
Số điện thoại:; Email:.....
Người liên hệ:....., Số điện thoại:.....Email:.....

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Ung bướu tỉnh Bắc Giang

STT	Tên hàng hóa	Đặc tính, thông số kỹ thuật	Cơ sở sản xuất	Nước sản xuất	Số lượng	Đơn giá (có VAT)	Thành tiền (có VAT)

Thời hạn của báo giá:.....

....., ngày..... tháng năm 20...
GIÁM ĐỐC
(Ký tên, đóng dấu)