

Số: 91 /TM - BVUB

Bắc Giang, ngày 01 tháng 08 năm 2024

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Kính gửi: Các đơn vị cung ứng.

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ về việc thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Bệnh viện Ung Bướu tỉnh Bắc Giang có kế hoạch thực hiện mua sắm: Hệ thống chuyên đổi dùng oxy hóa lỏng. Yêu cầu phạm vi cung cấp hàng hóa chi tiết tại **Phụ lục 01** kèm theo.

Kính đề nghị các Công ty/ Đơn vị quan tâm và có đủ kinh nghiệm, năng lực, điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật, gửi bản Báo giá theo mẫu tại **Phụ lục 02** để Bệnh viện có căn cứ xây dựng dự toán của gói thầu.

Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Đỗ Anh Vũ.
- Chức vụ: Nhân viên phòng Vật tư – TBYT.
- Điện thoại: 0971 414 404.

Địa điểm tiếp nhận báo giá: Phòng Vật tư - TBYT, Bệnh viện Ung bướu tỉnh Bắc Giang. Xã Tân Mỹ, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

Địa chỉ nhận bản điện tử: Bvubuou@bacgiang.gov.vn.

Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h00p ngày 02 tháng 8 năm 2024 đến trước 16h30p ngày 15 tháng 8 năm 2024.

Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2024.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HSĐT.



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Danh Song

PHỤ LỤC 01

(Kèm theo thư mời số 91 /TM - BVUB ngày 01 tháng 08 năm 2024 của Bệnh viện Ung bướu tỉnh Bắc Giang)

STT	Danh mục hàng hóa	Khối lượng	Đơn vị tính	Mô tả hàng hóa	Ghi chú
1	Hệ thống Ống đồng chuyên dùng y tế			- Chất lượng mới 100% - Tiêu chuẩn sản xuất: ISO 9001:2015 - Tiêu chuẩn chất lượng thi công lắp đặt: ISO 9001:2015 và ISO 13485:2017; Phù hợp tiêu chuẩn TCVN8022-1 - Là loại chuyên dùng, phù hợp theo tiêu chuẩn BS EN 13348	
1.1	Cung cấp và lắp đặt ống đồng D22	170	m	- Cung cấp và lắp đặt ống đồng D22	
2	Phụ kiện lắp đặt đường ống đồng chuyên dùng y tế	1	gói	- Chất lượng mới 100% - Tiêu chuẩn sản xuất: ISO 9001:2015 - Tiêu chuẩn chất lượng thi công lắp đặt: ISO 9001:2015 và ISO 13485:2017; Phù hợp tiêu chuẩn TCVN8022-1 - Là loại chuyên dùng, phù hợp theo tiêu chuẩn BS EN 1254	
3	Van cách ly D35,D15	1	Bộ	- Chất lượng mới 100% - Tiêu chuẩn sản xuất: ISO 9001:2015 - Van được sản xuất là loại van bi chuyên dùng cho oxy, không dầu. Cấu hình mỗi bộ bao gồm: + Ball vale: 02 cái + Rắc co động: 02 bộ	

4	Thi công lắp đặt đường ống dẫn khí oxy	1	Gói	- Tháo , lắp lại tấm đan mặt cống - Làm giá đỡ ống trong lòng cống - Thi công lắp đường ống dẫn khí oxy, đầu nối đường ống vào hệ thống dẫn khí oxy của bệnh viện	
5	Kiểm định an toàn hệ thống khí y tế	1	Hệ thống	Kiểm định đường ống dẫn khí oxy	
	Tổng 05 danh mục				

PHỤ LỤC 2: MẪU BÁO GIÁ

(Kèm theo Thư mời báo giá số

/TM-BVUB ngày

/08/2024)

TÊN ĐƠN VỊ CUNG CẤP DỊCH VỤ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

.....ngày.....tháng..... năm 2024

BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Ung bướu tỉnh Bắc Giang

(Tên đơn vị):

Địa chỉ:

Căn cứ vào thư mời báo giá của Bệnh viện Ung bướu tỉnh Bắc Giang và khả năng cung cấp của công ty, chúng tôi xin gửi tới Quý viện bản báo giá như sau:

STT	Tên hàng hóa	Tên Thương mại (nếu có)	Chủng loại/ký mã hiệu sản phẩm	Mã HS (nếu có)	Thông số Kỹ thuật	Hãng, nước sản xuất	Quy cách	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá Có VAT	Chi phí cho các dịch vụ liên quan	Thành tiền VAT	Ghi chú
1													
2													
3													
....													
(n)													

Báo giá có hiệu lực:.....ngày, kể từ ngày báo giá. (Hiệu lực tối thiểu 120 ngày)

Đại diện hợp pháp của đơn vị báo giá
(Ký, ghi rõ chức danh, họ tên và đóng dấu)