

Số: 122 /TM - BVUB

Bắc Giang, ngày 27 tháng 09 năm 2024

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp hàng hoá tại Việt Nam.

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Bệnh viện Ung Bướu tỉnh Bắc Giang có kế hoạch thực hiện mua sắm: Linh kiện hệ thống gia tốc xạ trị Synergy Platform. Yêu cầu phạm vi cung cấp hàng hóa chi tiết tại **Phụ lục 01** kèm theo.

Kính đề nghị các Công ty/ Đơn vị quan tâm và có đủ kinh nghiệm, năng lực, điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật, gửi bản Báo giá theo mẫu tại **Phụ lục 02** để Bệnh viện có căn cứ xây dựng dự toán của gói thầu.

Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Đỗ Anh Vũ.
- Chức vụ: Nhân viên phòng Vật tư – TBYT.
- Điện thoại: 0971 414 404.

Địa điểm tiếp nhận báo giá: Phòng Vật tư - TBYT, Bệnh viện Ung bướu tỉnh Bắc Giang. Xã Tân Mỹ, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

Địa chỉ nhận bản điện tử: Bvubuou@bacgiang.gov.vn.

Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h00p ngày 30 tháng 9 năm 2024 đến trước 16h30p ngày 11 tháng 10 năm 2024.

Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 11 tháng 10 năm 2024.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HSĐT.



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Danh Song

PHỤ LỤC 01

(Kèm theo thư mời số 122 /TM - BVUB ngày 27 tháng 09 năm 2024 của Bệnh viện Ung bướu tỉnh Bắc Giang)

STT	Tên thiết bị	Mô tả, thông số kỹ thuật	ĐVT	Số lượng	Ghi chú
1	Bộ khuếch đại sóng cao tần Magnetron	- Công suất đầu ra tối đa: 5 MW - Làm mát: Bằng nước và khí hoặc nước và bằng khí SF6 - Điện áp đốt nóng : 13V - Dòng điện Anode cực đại: 240A - Dòng đốt nóng: 14A - Dải tần khoảng 2856 - 2859 MHz - Thời gian làm nóng Cathode: 6 phút - Dòng điện cực đại Tuner: $\pm 5A$ - Lưu lượng khí tối đa chảy qua: 0.08m3/ phút	Bộ	01	
2	Biến áp Thyatron	- Kích thước: + Chiều cao: 165 mm $\pm$ 1 mm + Đường kính: 111 mm $\pm$ 1 mm - Điện áp anode cực đại: 35 kV - Dòng điện anode cực đại: 3.0 kA - Dòng điện anode trung bình: 2.0 A - Điện áp cathode cực đại: 6.3 V - Dòng điện cathode cực đại: 22.5 A - Điện áp bù: 5.5 V - Dòng điện bù: 7 A - Nhiệt độ làm việc tối đa: $\geq 150^{\circ}C$ - Dung môi làm mát: Làm mát bằng không khí.	Chiếc	01	
3	Chiết áp cho máy xạ trị gia tốc	- Điện trở: 20K Ω - Dung sai: $\pm 10\%$ - Cấp chính xác: $\pm 1\%$ (tuyến tính) - Số vòng quay: 1 vòng (khoảng $340^{\circ} \pm 3^{\circ}$) - Công suất: 1,5W (tại nhiệt độ 70oC) - Dải nhiệt độ hoạt động: từ - 40°C đến + 125°C - Nặng: 32g	Chiếc	01	

		- Đường kính ngoài: 33,34 mm - Đường kính lỗ trục: 6,345 mm $\pm$ 0,008.			
4	Bộ định hướng chuyển động lá MLC máy xạ trị gia tốc	- Loại động cơ: Đảo chiều - Điện áp sử dụng: Điện áp một chiều tối đa +12V, dòng điện tối đa: +90 mA - Vòng miêng kiểu dạng ngàm dễ dàng lắp đặt với trục dẫn động (lead screw)	Bộ	01	
5	Bộ phát hiện sai pha sóng RF	• Bộ phát hiện sai khác pha sóng bao gồm các bộ phận chính sau: - Bộ ghép nối (Hybrid Coupler) 90 độ, 3 dB, 4 cổng - Một động cơ vận hành khối dịch pha sóng - Các bộ lọc thông thấp RF (RF low pass filters) - Diode chỉnh lưu RF • Bộ PED có tính chất đối xứng, gồm 2 cổng đầu vào và 2 cổng đầu ra.	Bộ	01	
Tổng cộng: 05 Danh mục					

PHỤ LỤC 2: MẪU BÁO GIÁ
(Kèm theo Thư mời báo giá số /TM-BVUB ngày /09/2024)

TÊN ĐƠN VỊ CUNG CẤP DỊCH VỤ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
.....ngày.....tháng..... năm 2024

BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Ung bướu tỉnh Bắc Giang

(Tên đơn vị):

Địa chỉ:

Căn cứ vào thư mời báo giá của Bệnh viện Ung bướu tỉnh Bắc Giang và khả năng cung cấp của công ty, chúng tôi xin gửi tới Quý viện bản báo giá như sau:

STT	Tên hàng hóa	Tên Thương mại (nếu có)	Chủng loại/ký mã hiệu sản phẩm	Mã HS (nếu có)	Thông số Kỹ thuật	Hãng, nước sản xuất	Quy cách	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá Có VAT	Chi phí cho các dịch vụ liên quan	Thành tiền VAT	Ghi chú
1													
2													
3													
....													
(n)													

Báo giá có hiệu lực:.....ngày, kể từ ngày báo giá. (Hiệu lực tối thiểu 120 ngày)

Đại diện hợp pháp của đơn vị báo giá
(Ký, ghi rõ chức danh, họ tên và đóng dấu)