

Số: 9 /TM - BVUB

Bắc Giang, ngày 12 tháng 03 năm 2025

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp hàng hoá tại Việt Nam.

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính Phủ về việc Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Nghị định số 17/2025/NĐ-CP ngày 06/02/2025 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu;

Bệnh viện Ung Bướu tỉnh Bắc Giang có kế hoạch thực hiện mua sắm: Linh kiện để thay thế cho hệ thống xạ trị gia tốc Synergy Platform.

Yêu cầu phạm vi cung cấp hàng hóa chi tiết tại **Phụ lục 01** kèm theo.

Kính đề nghị các Công ty/ Đơn vị quan tâm và có đủ kinh nghiệm, năng lực, điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật, gửi bản Báo giá theo mẫu tại **Phụ lục 02** để Bệnh viện có căn cứ xây dựng dự toán của gói thầu.

Thông tin liên hệ của người tiếp nhận báo giá:

- Đỗ Anh Vũ.

- Điện thoại: 0971 414 404.

Địa điểm tiếp nhận báo giá: Phòng Vật tư - TBYT, Bệnh viện Ung bướu tỉnh Bắc Giang. Xã Tân Mỹ, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

Địa chỉ nhận bản điện tử: Bvubuou@bacgiang.gov.vn.

Thời hạn nhận báo giá: Trước 16h30p ngày 25 tháng 3 năm 2025.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HSĐT.

**CHỖ CHỮ KÝ**

Nguyễn Danh Song

PHỤ LỤC 01

(Kèm theo thư mời số 9 /TM - BVUB ngày 12 tháng 3 năm 2025 của Bệnh viện Ung bướu tỉnh Bắc Giang)

STT	Tên danh mục	Mô tả, thông số kỹ thuật	ĐVT	Số lượng	Ghi chú
1	Bo mạch đầu vào servo tín hiệu (SIB) cho máy xạ trị gia tốc	1. Bộ khuếch đại đầu vào: Có sáu đĩa tín hiệu đầu vào: • 02 từ đĩa 2T của buồng ion hóa. • 02 từ đĩa 2R của buồng ion hóa. • 01 từ đĩa inner hump, đĩa này theo dõi mức năng lượng tại tâm của buồng ion hóa. • 01 từ đĩa outer hump, đĩa này theo dõi mức năng lượng tại vùng rìa ngoài của buồng ion hóa. 2. Bộ số hóa: Mỗi một điện áp trở kháng từ các bộ khuếch đại tín hiệu được số hóa dạng 12 bit. 3. Bộ dao động: Bộ dao động OSC1 tần số 20 MHz 4. Bộ hiệu chỉnh lỗi: nhận 6 chuỗi dữ liệu số với tốc độ 20 Mbits/giây. 5. Bộ lấy mẫu: Xung năng lượng hoạt động trong dải 400 Hz đến 6 Hz	Cái	01	
Tổng cộng: 01 Danh mục					

PHỤ LỤC 2: MẪU BÁO GIÁ

(Kèm theo Thư mời báo giá số /TM-BVUB ngày /3/2025)

TÊN ĐƠN VỊ CUNG CẤP DỊCH VỤ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

.....ngày.....tháng..... năm 2025

BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Ung bướu tỉnh Bắc Giang

(Tên đơn vị):

Địa chỉ:

Căn cứ vào thư mời báo giá của Bệnh viện Ung bướu tỉnh Bắc Giang và khả năng cung cấp của công ty, chúng tôi xin gửi tới Quý viện bản báo giá như sau:

STT	Tên hàng hóa	Tên Thương mại (nếu có)	Chủng loại/ký mã hiệu sản phẩm	Mã HS (nếu có)	Thông số Kỹ thuật	Hãng, nước sản xuất	Quy cách	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá Có VAT	Chi phí cho các dịch vụ liên quan	Thành tiền VAT	Ghi chú
1													
2													
3													
....													
(n)													

Báo giá có hiệu lực:.....ngày, kể từ ngày báo giá. (Hiệu lực tối thiểu 120 ngày)

Đại diện hợp pháp của đơn vị báo giá

(Ký, ghi rõ chức danh, họ tên và đóng dấu)