

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp khí tại Việt Nam.

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu ngày 29/11/2024;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính Phủ về việc Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Nghị định số 17/2025/NĐ-CP ngày 06/02/2025 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu.

Bệnh viện Ung bướu có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: **Mua Khí AirMac dùng cho máy phát tia Plasma lạnh sử dụng quý 3/2025** với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị mời báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Ung bướu tỉnh Bắc Giang
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
 - Bà: Phạm Thị Lâm; Điện thoại: 0976.959.785.
 - Địa chỉ nhận bản điện tử: bvubuou@bacgiang.gov.vn hoặc nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Vật tư - TBYT Bệnh viện Ung bướu tỉnh Bắc Giang, đường Phạm Ngọc Thạch, phường Tân Mỹ, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h00 ngày 27/6/2025 đến trước 16h30p ngày 30/6/2025.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 60 ngày, kể từ ngày 30/6/2025.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục chi tiết tại **Phụ lục I**.
- Địa điểm cung cấp, lắp đặt tại Bệnh viện Ung bướu tỉnh Bắc Giang.
- Các đơn vị thực hiện chào giá theo mẫu tại **Phụ lục II**.
- Thời gian giao hàng dự kiến: Trong vòng 3 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HSĐT.



Nguyễn Danh Song

PHỤ LỤC 01

(Kèm theo thư mời số 48 /TM - BVUB ngày 26 tháng 6 năm 2025 của Bệnh viện
Ung bướu tỉnh Bắc Giang)

STT	Tên chung hàng hóa	Thông số Kỹ Thuật	Đơn vị tính	Số lượng
1	Khí AirMac dùng cho máy phát tia Plasma lạnh	<u>1. Yêu cầu chung:</u> - Hàng hóa mới 100%, sản xuất từ năm 2024 trở về sau - Nhà sản xuất phải có một trong các chứng chỉ sau: ISO 13485 hoặc tương đương. - Môi trường hoạt động: + Nhiệt độ môi trường tối đa: $\leq 45^{\circ}\text{C}$ - Sử dụng cho máy phát tia Plasma lạnh PlasmaMED-GAP <u>2. Thông số kỹ thuật:</u> - Mã sản phẩm: AirMAC. - Dùng cho máy phát tia Plasma lạnh hỗ trợ điều trị vết thương (PlasmaMED-GAP) * Thành phần: - Bao gồm Argon độ tinh khiết $\geq 99\%$ H_2O: $< 3\text{ ppm}$; N_2 $< 5\text{ ppm}$; Oxygen $< 2\text{ ppm}$ * Bình chứa: - Bình hợp kim nhôm dung tích $\geq 8\text{ lít}$ - Kích thước: $\geq 150 \times 8 \times 610\text{ (mm)}$ - Kích thước bao gồm quai xách: $\geq 150 \times 8 \times 700\text{ (mm)}$ - Áp suất an toàn của bình chứa: $\geq 225\text{ Bar}$ - Áp suất làm việc tối đa: $\leq 150\text{ Bar}$ - Áp suất khí nén khi đầy: $\geq 130\text{ Bar}$ - Thể tích khí trong bình (Khi giải nén): $\geq 1.040\text{ lít}$ * Chuẩn kết nối: - Nối nhanh cơ khí: NTP G 1/4 – 6 mm hoặc tương đương. - Giao diện nối điện tử: HDMI hoặc tương đương. * Lưu ý: Sản phẩm là hỗn hợp khí trong bình, không bao gồm vỏ bình và các bộ phận đi kèm. <u>3. Yêu cầu khác:</u> - Trên vỏ bình có đầy đủ nhãn mác (Nhà sản xuất, tên sản phẩm, chất lượng, ngày sản xuất và hạn sử dụng, tem kiểm định). - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: TCCS 02:2024/PLT	Bình	98

STT	Tên chung hàng hóa	Thông số Kỹ Thuật	Đơn vị tính	Số lượng
		• Bình chứa đạt chuẩn: QTDK 008, TCVN 6153:6156. • Thời gian giao hàng: ≤ 02 ngày kể từ ngày ký kết hợp đồng, tại đơn vị sử dụng • Báo giá trọn gói đến nơi sử dụng, bao gồm giá vật tư, phí vận chuyển, lắp đặt hoàn chỉnh theo tình hình thực tế tại bệnh viện và đào tạo, bảo hành, các loại phí, thuế khác (nếu có). • Thời hạn sử dụng: 12 tháng kể từ khi ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua, đơn vị trúng thầu phải thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn, theo quy định của nhà sản xuất. • Hướng dẫn, đào tạo cho người sử dụng và nhân viên bảo dưỡng thiết bị của đơn vị sử dụng đến khi thành thạo. • Cung cấp tài liệu gồm: Catalogue tiếng Việt của hàng hóa.		

PHỤ LỤC 2: MẪU BÁO GIÁ*(Kèm theo Thư mời báo giá số /TM-BVUB ngày / 6 /2025)***TÊN ĐƠN VỊ CUNG CẤP DỊCH VỤ****CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập - Tự do - Hạnh phúc***.....ngày.....tháng..... năm 2025***BÁO GIÁ**

Kính gửi: Bệnh viện Ung bướu tỉnh Bắc Giang

(Tên đơn vị):

Địa chỉ:

Căn cứ vào thư mời báo giá của Bệnh viện Ung bướu tỉnh Bắc Giang và khả năng cung cấp của công ty, chúng tôi xin gửi tới Quý viện bản báo giá như sau:

STT	Tên hàng hóa	Tên Thương mại (nếu có)	Chủng loại/ký mã hiệu sản phẩm	Mã HS (nếu có)	Thông số Kỹ thuật	Hãng, nước sản xuất	Quy cách	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá Có VAT	Chi phí cho các dịch vụ liên quan	Thành tiền VAT	Ghi chú
1													
2													
3													
....													
(n)													

Báo giá có hiệu lực: ...ngày, kể từ ngày báo giá. (Hiệu lực tối thiểu 60 ngày)

Đại diện hợp pháp của đơn vị báo giá
(Ký, ghi rõ chức danh, họ tên và đóng dấu)