

Số: 29 /TM - BVUB

Bắc Ninh, ngày 27 tháng 8 năm 2025

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp hàng hoá tại Việt Nam.

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023; được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024, Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025;

Nghị định số 214/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Bệnh viện Ung Bướu Bắc Ninh có kế hoạch thực hiện mua sắm: Linh kiện để thay thế Mua sắm linh kiện để thay thế cho hệ thống gia tốc xạ trị Synergy Platform lần 3 năm 2025.

Yêu cầu phạm vi cung cấp hàng hóa chi tiết tại **Phụ lục 01** kèm theo.

Kính đề nghị các Công ty/ Đơn vị quan tâm và có đủ kinh nghiệm, năng lực, điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật, gửi bản Báo giá theo mẫu tại **Phụ lục 02** để Bệnh viện có căn cứ xây dựng dự toán của gói thầu.

Thông tin liên hệ của người tiếp nhận báo giá:

- Đỗ Anh Vũ.

- Điện thoại: 0971 414 404.

Địa điểm tiếp nhận báo giá: Phòng Vật tư - TBYT, Bệnh viện Ung bướu Bắc Ninh, phường Đa Mai, tỉnh Bắc Ninh.

Địa chỉ nhận bản điện tử: bvub.syt@bacninh.gov.vn.

Thời hạn nhận báo giá: Trước 16h30p ngày 14 tháng 9 năm 2025.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HSDT.

**GIÁM ĐỐC**
Nguyễn Danh Song

PHỤ LỤC 01

(Kèm theo thư mời số /TM - BVUB ngày tháng 8 năm 2025 của Bệnh viện Ung bướu tỉnh Bắc Ninh)

STT	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
1	Sợi đốt súng điện tử (bộ phận của bóng điện tử âm cực) máy xạ trị gia tốc	• Vật liệu sợi đốt: Tungsten ($\pm 1\%$) • Đường kính sợi đốt: 0,3 mm ($\pm 1\%$) • Chiều dài sợi đốt: 26,4mm ($\pm 3\%$) • Điện trở của sợi đốt: 0,054 Ohm ($\pm 3\%$ tại nhiệt độ 25 độ C) • Nhiệt độ hoạt động bình thường: 2226 độ C/ 4038 độ F • Mức chân không hoạt động: 10–5 Torr.	Cái	01	
2	Gương phản xạ trường chiếu vị trí lá chuẩn trực	• Độ dày của bề mặt gương phản xạ: 0,01mm • Vật liệu của bề mặt gương: Aluminized polyester film. • Vật liệu của khung gương: hợp kim • Độ phản xạ ánh sáng của gương: $> 95\%$	Cái	01	

PHỤ LỤC 2: MẪU BÁO GIÁ

(Kèm theo Thư mời báo giá số /TM-BVUB ngày /8/2025)

TÊN ĐƠN VỊ CUNG CẤP DỊCH VỤ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

.....ngày.....tháng..... năm 2025

BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Ung bướu tỉnh Bắc Ninh

(Tên đơn vị):

Địa chỉ:

Căn cứ vào thư mời báo giá của Bệnh viện Ung bướu Bắc Ninh và khả năng cung cấp của công ty, chúng tôi xin gửi tới Quý viện bản báo giá như sau:

STT	Tên hàng hóa	Tên Thương mại (nếu có)	Chủng loại/ký mã hiệu sản phẩm	Mã HS (nếu có)	Thông số Kỹ thuật	Hãng, nước sản xuất	Quy cách	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá Có VAT	Chi phí cho các dịch vụ liên quan	Thành tiền VAT	Ghi chú
1													
2													
3													
....													
(n)													

Báo giá có hiệu lực:.....ngày, kể từ ngày báo giá. (Hiệu lực tối thiểu 120 ngày)

Đại diện hợp pháp của đơn vị báo giá
(Ký, ghi rõ chức danh, họ tên và đóng dấu)