

Số: 30 /TM - BVUB

Bắc Ninh, ngày 20 tháng 4 năm 2026

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam.

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 25 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Bệnh viện Ung bướu có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: **Mua dụng cụ khâu nối cho khoa Ngoại** với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị mời báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Ung bướu Bắc Ninh

2. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Bản giấy: Phòng Văn thư, Bệnh viện Ung bướu Bắc Ninh, Đường Phạm Ngọc Thạch, Phường Đa Mai, Tỉnh Bắc Ninh. Bà Nguyễn Thị Phương Thảo – Phòng Vật tư- TBYT

- Địa chỉ nhận bản điện tử: bvub.syt@bacninh.gov.vn

3. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h00 ngày 21 tháng 4 năm 2026 đến trước 16h30p ngày 08 tháng 5 năm 2026.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

4. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ khi hết hiệu lực nhận báo giá.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Yêu cầu phạm vi cung cấp hàng hóa: Tại **Phụ lục 01**.

2. Công ty/Đơn vị quan tâm có đủ kinh nghiệm, năng lực, điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật, gửi bản Báo giá và bảng đối chiếu thông số kỹ thuật đáp ứng (kèm Catalog sản phẩm) theo mẫu tại **Phụ lục 02; Phụ lục 03** để Bệnh viện có căn cứ xây dựng giá dự toán của gói thầu.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HSDT.



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Danh Song

PHỤ LỤC 01

(Kèm theo thư mời số 30/TM - BVUB ngày 20 tháng 4 năm 2026 của Bệnh viện
Ung bướu Bắc Ninh)

STT	Tên hàng hoá	Thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
1	Dụng cụ khâu cắt nối thẳng mỏ mở 75mm	Dụng cụ khâu cắt nối thẳng mỏ mở 75mm, chiều cao ghim đóng điều chỉnh được 3 mức 1,5-1,8-2,0mm, 118 ghim dạng 3D, chiều dài đường cắt 78mm±5%. Tiêu chuẩn ISO và CE, FDA	Cái	16
2	Dụng cụ khâu cắt nối nội soi gấp góc sử dụng pin cỡ 45mm,60mm	Dụng cụ khâu cắt nối thẳng nội soi, gấp góc, sử dụng pin, chiều dài đường ghim: 45mm, 60mm; chiều dài cán: 340mm; Hàm dụng cụ gấp góc mỗi bên tối đa >56 độ ; Hàm đe được làm bằng thép đúc không gỉ, độ mở hàm >22 mm. Đạt tiêu chuẩn FDA, CE.	Cái	3
3	Dụng cụ khâu cắt cong 40 mm	Dụng cụ khâu cắt cong 40mm ±5%, màu xanh dương và xanh lá, dùng cho mô tiêu chuẩn/ mô dày, đường cắt 40mm ±5%, chiều dài băng ghim 51mm, hai hàng ghim mỗi bên, ghim 3D, chiều cao ghim mở 3,5mm; 4,7mm, chiều cao ghim đóng 1,5- 2,0mm Tiêu chuẩn ISO và CE, FDA	cái	6
4	Dụng cụ khâu cắt nối tròn sử dụng pin (đầu đe cố định), chiều dài cán ≥ 24cm	Dụng cụ khâu cắt nối sử dụng pin 23,25,29,31; Đường kính ngoài của dao 14,6mm; 16,5 mm, 20,4 mm, 22,5 mm; độ dài chân ghim mở 5,2mm; chiều cao ghim đóng có thể điều chỉnh được: 1,5-2,2mm. Ghim bằng hợp kim Titanium Alloy (Ti3Al2.5V). Màn hình hiển thị chiều cao ghim đóng, kèm đèn chỉ thị khi quá trình hoàn tất. Đạt tiêu chuẩn FDA, CE.	Cái	20
5	Băng đạn (ghim khâu) 75mm của dụng cụ khâu cắt nối thẳng mỏ mở 75mm, công nghệ ghim 3D	Ghim khâu (băng đạn) 75mm của dụng cụ khâu cắt nối thẳng mỏ mở 75mm, chiều cao ghim đóng điều chỉnh được 3 mức 1,5-1,8-2,0mm, 118 ghim dạng 3D làm bằng hợp kim titanium alloy, dùng cho dụng cụ khâu cắt nối thẳng mỏ mở 75 mm. Tiêu chuẩn ISO và CE, FDA	Cái	300
6	Băng ghim cho dụng cụ khâu cắt nối thẳng nội soi gấp góc 45mm, 60mm	Đinh ghim chất lượng bằng hợp kim titanium alloy (Ti3Al2,5V) - Chiều dài đường ghim: 45mm; 60mm - Chiều cao ghim mở nằm trong khoảng: 2,6mm; 3,6mm; 3,8mm; 4,1mm - Chiều cao ghim đóng: 1,0mm; 1,5mm; 1,8mm; 2,0mm. - Tương thích với dụng cụ ghim cắt nối nội soi gấp góc 45mm; 60mm	Cái	25

STT	Tên hàng hoá	Thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
		Tiêu chuẩn ISO và CE, FDA		
7	Băng ghim cho dụng cụ khâu cắt cong 40mm	- Băng ghim của dụng cụ khâu cắt cong 40mm màu xanh dương, màu xanh lá, dùng cho mô tiêu chuẩn/ mô dày, ghim bằng titanium alloy (Ti3Al2,5V) với 4 hàng ghim, ghim 3D, có công nghệ chống trượt mô, chiều cao ghim mở 3,5mm; 4,7mm, chiều cao ghim đóng 1,5mm; 2,0mm, đường kính chân ghim 0,20mm; 0,23mm - Tiêu chuẩn ISO và CE, FDA	Cái	45
8	Dao siêu âm HARMONIC ACE với công nghệ thích ứng mô	Dao siêu âm có chiều dài cán 36cm, đường kính cán $\geq 5\text{mm}$, chiều dài hàm dao $\geq 15\text{mm}$, độ mở hàm $\geq 10\text{mm}$. Lưỡi dao bằng hợp kim Titan TI-6AL-4V-ELI được bao phủ lớp chống dính Teflon FEP 100. Biên độ dao động tối đa của lưỡi dao $\geq 91,2\mu\text{m}$. Công nghệ thích ứng mô. Tương thích với Máy GEN11, phần mềm 2018-1.	Cái	1
9	Dao siêu âm HARMONIC FOCUS mở mở với công nghệ thích ứng mô	Dao siêu âm mở mở Harmonic Focus+ với công nghệ thích ứng mô, cán dài 17cm, kết hợp với dây dao Harmonic Xanh HPBLUE và máy phát chính GEN11 (máy cắt cầm máu kết hợp công nghệ siêu âm và công nghệ hàn mạch lưỡng cực tiên tiến). Đầu dao cong, thon, dài 16mm cho phép kẹp giữ mô, phẫu tích, hàn và cắt mô chính xác. Độ mở hàm $\geq 10,4\text{mm}$	Cái	20
10	Dây dao siêu âm mở mở	- Dây dao siêu âm dùng cho các tay dao siêu âm mở mở tương thích với máy phát chính GEN11, số lần sử dụng ≥ 100 lần. - Đạt tiêu chuẩn FDA hoặc CE hoặc cao cấp hơn	Cái	1
11	Trocar phẫu thuật nội soi 12mm (gồm thân và ống ngoài)	- Trocar cỡ 12mm. Đường kính nằm trong khoảng 12mm. - Đầu nòng trong trocar trong suốt, không dao với 2 cánh nhựa ở đầu nòng trong giúp cho phép nhìn thấy các lớp mô trong suốt quá trình đưa trocar vào. - Chiều dài 100mm ($\pm 5\%$). Ống ngoài có rãnh cố định. Van giữ khí gồm 4 mảnh xếp chồng lên nhau, chất liệu polycarbonate, đường vào hình phễu, được phủ chất liệu PDMS. - Có khóa giữ camera. Chiều dài đầu nối khí 10,4mm. Đường kính khoảng 7,6mm ($\pm 5\%$). - Đạt tiêu chuẩn FDA và CE	Cái	2
Tổng số: 11 danh mục				

PHỤ LỤC 2: MẪU BÁO GIÁ
(Kèm theo Thư mời báo giá số 30 /TM-BVUB ngày 20 / /2026)
TÊN ĐƠN VỊ CUNG CẤP DỊCH VỤ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
.....ngày.....tháng..... năm 2026

BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Ung bướu Bắc Ninh

(Tên đơn vị):

Địa chỉ:

Căn cứ vào thư mời báo giá của Bệnh viện Ung bướu Bắc Ninh và khả năng cung cấp của công ty, chúng tôi xin gửi tới Quý viện bản báo giá như sau:

STT	Tên hàng hóa	Tên Thương mại (nếu có)	Chủng loại/ký mã hiệu sản phẩm	Mã HS (nếu có)	Thông số Kỹ thuật	Hãng, nước sản xuất	Quy cách	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá Có VAT	Chi phí cho các dịch vụ liên quan	Thành tiền VAT	Ghi chú
1													
2													
3													
....													
(n)													

Báo giá có hiệu lực:....ngày, kể từ ngày báo giá. (Hiệu lực tối thiểu 90 ngày)

Đại diện hợp pháp của đơn vị báo giá
(Ký, ghi rõ chức danh, họ tên và đóng dấu)

PHỤ LỤC 3: ĐỐI CHIẾU TSKT THƯ MỜI BÁO GIÁ & BÁO GIÁ
(Kèm theo Thư mời báo giá số /TM-BVUB ngày / 4 /2026)

Hạng mục số	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn yêu cầu tại Thư mời báo giá	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn đáp ứng của hàng hóa trong báo giá	Tài liệu kỹ thuật tham chiếu
[ghi số hiệu hạng mục]	[ghi tên]	[ghi thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn]	[ghi thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn]	(Ghi rõ trang nào, dòng nào của tài liệu hoặc catalog)