

Số: 31 /TM - BVUB

Bắc Ninh, ngày 20 tháng 4 năm 2026

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Kính gửi: Các đơn vị cung ứng.

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quy hoạch, Luật đầu tư, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật đấu thầu ngày 29/11/2024;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu thầu, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật hải quan, Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật đầu tư công, Luật quản lý, sử dụng tài sản công ngày 25/6/2025;

Nghị định số 214/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Bệnh viện Ung bướu Bắc Ninh có kế hoạch mua sắm: Mua dụng cụ nội soi cho khoa Nội soi - Thăm dò chức năng.

I. Thông tin của đơn vị mời báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Ung bướu Bắc Ninh.
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
 - Cao Thị Hảo - Phòng Vật tư - TBYT.
 - Số điện thoại: 0985.175.155.
- Cách thức tiếp nhận báo giá:
 - Bản giấy: Phòng Vật tư, Bệnh viện Ung bướu Bắc Ninh, Đường Phạm Ngọc Thạch, Phường Đa Mai, Tỉnh Bắc Ninh.
 - Địa chỉ nhận bản điện tử: bvub.syt@bacninh.gov.vn
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h00 ngày 21 tháng 4 năm 2026 đến trước 16h30p ngày 30 tháng 4 năm 2026.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 30 tháng 4 năm 2026.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục thiết bị y tế:

STT	Tên danh mục	Đơn vị tính	Thông số KT	Số lượng	Ghi chú
1	Dao cắt hút niêm mạc hình núm các loại	Cái	Đầu dao hình núm đường kính 0.3mm, có thể kéo dài hoặc thu ngắn lại, chiều cao của núm khi thu ngắn lại chỉ còn 0.1mm để hỗ trợ đánh dấu và cầm máu an toàn, loại có kênh tưới rửa, đường kính kênh dụng cụ 2.8mm, chiều dài làm việc 1650mm, chiều dài dao cắt 2.0mm. Dùng cho dạ dày. Xuất xứ: G7	2	
2	Dao cắt hút niêm mạc hình núm các loại	Cái	Đầu dao hình núm đường kính 0.3mm, có thể kéo dài hoặc thu ngắn lại, chiều cao của núm khi thu ngắn lại chỉ còn 0.1mm để hỗ trợ đánh dấu và cầm máu an toàn, loại có kênh tưới rửa, đường kính kênh dụng cụ 2.8mm, chiều dài làm việc 2300mm, chiều dài dao cắt 1.5mm. Dùng cho đại tràng. Xuất xứ: G7	2	
3	Dao cắt hút niêm mạc có đầu bọc sứ cách điện	Cái	Dao cắt hút dưới niêm mạc đầu cách điện, đỉnh liên diện cực hình tam giác hoặc điện cực hình đĩa, đường kính kênh dụng cụ tối thiểu 2.8mm, chiều dài làm việc 1650mm, chiều dài dao 4mm, đường kính đầu cuối cách điện 2.2mm. Dùng cho dạ dày Xuất xứ: G7	1	
4	Dao cắt hút niêm mạc có đầu bọc sứ cách điện	Cái	Dao cắt hút dưới niêm mạc đầu cách điện, đỉnh liên diện cực hình tam giác hoặc điện cực hình đĩa, đường kính kênh dụng cụ tối thiểu 2.8mm, chiều dài làm việc 2300mm, chiều dài dao 3.5mm, đường kính đầu cuối cách điện 1.7mm. Dùng cho đại tràng. Xuất xứ: G7	1	
5	Kẹp cầm máu nóng	Cái	Hỗ trợ nội soi bóc tách dưới niêm mạc, cầm máu nhanh. Cấu trúc chống trượt, Có chức năng xoay, Dùng trong dạ dày. Chiều dài làm việc 1650mm Đường kính kênh dụng cụ 2.8mm, Độ mở rộng 5mm Xuất xứ: G7	1	
6	Kẹp cầm máu nóng	Cái	Hỗ trợ nội soi bóc tách dưới niêm mạc, cầm máu nhanh. Cấu trúc chống trượt, Có chức năng xoay, Dùng trong đại tràng. Chiều dài làm việc 2300mm Đường kính kênh dụng cụ 3.2mm, Độ mở rộng 4mm Xuất xứ: G7	1	

STT	Tên danh mục	Đơn vị tính	Thông số KT	Số lượng	Ghi chú
Tổng 06 danh mục					

2. Địa điểm cung cấp hàng hóa: Bệnh viện Ung bướu Bắc Ninh. Địa chỉ: Đường Phạm Ngọc Thạch, phường Đa Mai, tỉnh Bắc Ninh. SĐT: 0204 3666 222.

Yêu cầu báo giá bao gồm chi phí vận chuyển, lắp đặt, bảo hiểm, bảo quản và toàn bộ các loại thuế, phí liên quan.

3. Thành phần và quy cách hồ sơ báo giá:

- Bảng giá: Mẫu số 01;
- Bảng đáp ứng yêu cầu kỹ thuật mời báo giá: Mẫu số 02;
- Tài liệu kỹ thuật có liên quan: 01 bản in hoặc 01 bản mềm lưu trong USB.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, VT-TBYT.


GIÁM ĐỐC

Nguyễn Danh Song

TÊN ĐƠN VỊ CUNG CẤP DỊCH VỤ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

.....ngày.....tháng..... năm 2026

BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Ung bướu Bắc Ninh

(Tên đơn vị):

Đĩa chì:

Cần cứ vào thư mời báo giá của Bệnh viện Ung bướu Bắc Ninh và khả năng cung cấp dịch vụ của công ty, chúng tôi xin gửi tới Quý viện bản báo giá như sau:

[illegible]

1. Giá trên đã bao gồm tất cả các chi phí vận chuyển, bảo hiểm, bảo quản liên quan và các loại thuế, phí theo quy định của pháp luật;
2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: tối thiểu 90 ngày kể từ ngày hết hiệu lực nhận báo giá;
3. Chúng tôi cam kết:

nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

4. Thông tin liên hệ của đơn vị báo giá: [ghi rõ thông tin người phụ trách làm báo giá]

Đại diện hợp pháp của đơn vị báo giá

(Ký, ghi rõ chức danh, họ tên và đóng dấu)

PHỤ LỤC 2: BẢNG ĐÁP ỨNG YÊU CẦU KỸ THUẬT

(Kèm theo Thư mời báo giá số 31 /TM-BVUB ngày 20 /4 /2026 của Bệnh viện Ung bướu Bắc Ninh)

STT	STT theo Thư mời chào giá	Danh mục trang thiết bị y tế (2)	Yêu cầu mời chào giá	Đáp ứng chào giá			Tài liệu tham chiếu (2)
				Ký, Mã hiệu	Hãng, nước SX	Thông số kỹ thuật (1)	
1		Hàng hóa A					Ghi rõ số trang, dòng trong tài liệu hoặc catalog
2		Hàng hóa B					
							

(1) Ghi chính xác thông số kỹ thuật theo đúng thông số của hàng hóa chào giá

(2) Chỉ dẫn tài liệu (bản cứng hoặc bản mềm) chứng minh thông số kỹ thuật hàng hóa chào giá