

Số: 43 /TM - BVUB

Bắc Ninh, ngày 05 tháng 6 năm 2026

## THƯ MỜI BÁO GIÁ

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp dịch vụ sửa chữa, thay thế linh kiện thiết bị y tế.

Bệnh viện Ung bướu Bắc Ninh có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá thay thế linh kiện cho máy phân tích miễn dịch. Các nội dung cụ thể như sau:

### I. Thông tin của đơn vị mời báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Ung bướu Bắc Ninh.
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
  - Ông: Nguyễn Trọng Quyền
  - Chức vụ: Nhân viên phòng Vật tư – TBYT.
  - Điện thoại: 0989.056.111

### II. Nội dung mời báo giá:

- Danh mục sửa chữa, linh kiện thay thế tại Phụ lục kèm theo.
- Thời gian, thay thế linh kiện dự kiến: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

### III. Cách thức tiếp nhận báo giá:

1. Bản giấy: Phòng Văn thư, Bệnh viện Ung bướu Bắc Ninh, Đường Phạm Ngọc Thạch, Phường Đa Mai, Tỉnh Bắc Ninh. Người nhận Nguyễn Trọng Quyền phòng Vật tư- TBYT.

2. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h00p ngày 08 tháng 6 năm 2026 đến trước 16h30p ngày 15 tháng 6 năm 2026. Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày báo giá.

#### Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HSSC.



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Danh Song



**PHỤ LỤC 01**

(Kèm theo Thư mời số 43 /TM-BVUB ngày 05/6/2026 của Bệnh viện Ung bướu Bắc Ninh)

| TT | Tên hàng hóa                                                     | Tính năng, thông số kỹ thuật của hàng hoá                                                                                                                                                                                                                                         | Đơn vị tính | Số lượng | Ghi chú |
|----|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|---------|
| 1  | Ống dây bơm bằng cao su lưu hoá dùng cho máy phân tích miễn dịch | Được làm bằng cao su. Đường kính bên trong: 1,29 mm (+/- 5%), chiều dài 17,9 inch (+/- 5%). Được sử dụng cho dịch lỏng từ đầu kim hút tới bơm nhu động đến bộ phân phối dịch.<br>Tương thích với Máy phân tích miễn dịch; Model: Access 2, Hãng nước sản xuất: Beckman Coulter/Mỹ | Cái         | 03       |         |
| 2  | Đầu puly bằng kim loại dùng cho máy phân tích miễn dịch (10T)    | Được làm bằng kim loại và cao su. Puli có 10 răng, chiều dài 29mm (+/- 1.5mm), đường kính lớn 10.4mm (+/- 0.5mm) .Chức năng: quay để trộn mẫu trong giếng phản ứng.<br>Tương thích với Máy phân tích miễn dịch; Model: Access 2, Hãng nước sản xuất: Beckman Coulter/Mỹ           | Cái         | 01       |         |
| 3  | Đầu puly bằng kim loại dùng cho máy phân tích miễn dịch (14T)    | Được làm bằng kim loại và cao su. Puli có 14 răng, chiều dài 29mm (+/- 1.5mm), đường kính lớn 11mm (+/- 0.6mm) Chức năng: quay để trộn mẫu trong giếng phản ứng.<br>Tương thích với Máy phân tích miễn dịch; Model: Access 2, Hãng nước sản xuất: Beckman Coulter/Mỹ              | Cái         | 02       |         |
|    | <b>Tổng 03 danh mục</b>                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |          |         |



**PHỤ LỤC 2: MẪU BÁO GIÁ**  
(Kèm theo Thư mời báo giá số 43 /TM-BVUB ngày 05 / 6 /2026)  
**TÊN ĐƠN VỊ CUNG CẤP DỊCH VỤ**  
**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
.....ngày.....tháng..... năm 2026

**BÁO GIÁ**

Kính gửi: Bệnh viện Ung bướu Bắc Ninh

(Tên đơn vị): .....

Địa chỉ: .....

Căn cứ vào thư mời báo giá của Bệnh viện Ung bướu Bắc Ninh và khả năng cung cấp của công ty, chúng tôi xin gửi tới Quý viện bản báo giá như sau:

| STT  | Tên hàng hóa | Tên Thương mại (nếu có) | Chủng loại/ký mã hiệu sản phẩm | Mã HS (nếu có) | Thông số Kỹ thuật | Hãng, nước sản xuất | Quy cách | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn giá Có VAT | Chi phí cho các dịch vụ liên quan | Thành tiền VAT | Ghi chú |
|------|--------------|-------------------------|--------------------------------|----------------|-------------------|---------------------|----------|-------------|----------|----------------|-----------------------------------|----------------|---------|
| 1    |              |                         |                                |                |                   |                     |          |             |          |                |                                   |                |         |
| 2    |              |                         |                                |                |                   |                     |          |             |          |                |                                   |                |         |
| 3    |              |                         |                                |                |                   |                     |          |             |          |                |                                   |                |         |
| .... |              |                         |                                |                |                   |                     |          |             |          |                |                                   |                |         |
| (n)  |              |                         |                                |                |                   |                     |          |             |          |                |                                   |                |         |

Báo giá có hiệu lực:...ngày, kể từ ngày báo giá. (Hiệu lực tối thiểu 90 ngày)

**Đại diện hợp pháp của đơn vị báo giá**  
(Ký, ghi rõ chức danh, họ tên và đóng dấu)