

Số: 40 /TM - BVUB

Bắc Ninh, ngày 01 tháng 6 năm 2026

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Kính gửi: Các đơn vị cung ứng.

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024, Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025;

Nghị định số 214/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Bệnh viện Ung bướu Bắc Ninh có kế hoạch mua sắm: Mua sắm kim đốt sóng cao tần, dây dẫn sóng cao tần lần 1 năm 2026.

Yêu cầu phạm vi cung cấp hàng hóa chi tiết tại **Phụ lục 01** kèm theo.

Kính đề nghị các Công ty/ Đơn vị quan tâm và có đủ kinh nghiệm, năng lực, điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật, gửi bản Báo giá theo mẫu tại **Phụ lục 02** để Bệnh viện có căn cứ xây dựng giá dự toán của gói thầu.

Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Bản giấy: Phòng Văn thư, Bệnh viện Ung bướu Bắc Ninh, Đường Phạm Ngọc Thạch, Phường Đa Mai, Tỉnh Bắc Ninh. Người nhận Nguyễn Trọng Quyền phòng Vật tư- TBYT.

- Bản điện tử: bvub.syt@bacninh.gov.vn

- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ thời điểm phát hành báo giá đến trước 16h30p ngày 16 tháng 6 năm 2026.

- Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HSĐT.



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Danh Song

**PHỤ LỤC: 01**

(Kèm theo thư mời số 40 /TM - BVUB ngày 01 tháng 6 năm 2026 của Bệnh viện Ung bướu Bắc Ninh)

STT	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật cơ bản	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
1	Kim đốt sóng cao tần AveCure mini loại dùng cho máy đốt vi sóng chiều dài cỡ ≥ 10 cm (Avecure 16 Gauge Mini Antena Probe)	- Kim đốt cỡ Mini 16G loại dùng cho vi sóng, loại có chiều dài ≥ 10 cm. - Vùng đốt từ 1 cm đến 1,5 cm cho 1 chu trình đốt. - Có cảm biến nhiệt độ ở đầu kim; - Thời gian đốt của một chu trình từ 1 phút đến 3 phút; - Nhiệt độ đốt tối đa 80°C	Cái	9	
2	Kim đốt sóng cao tần AveCure trung bình loại dùng cho máy đốt vi sóng chiều dài cỡ ≥ 15 cm (AveCure 14 Gauge Probe Medium Antenna)	- Kim đốt cỡ trung bình 14G loại dùng cho vi sóng, loại có chiều dài ≥ 15 cm hoặc 20 cm - Vùng đốt từ 2.5 cm đến 4.0 cm cho 1 chu trình đốt. - Có cảm biến nhiệt độ ở đầu kim; - Thời gian đốt của một chu trình từ 5 phút đến 10 phút; - Nhiệt độ đốt tối đa 120°C	Cái	2	
3	Dây dẫn sóng AveCure loại dùng cho máy đốt vi sóng MedWaves. Ký hiệu Mec/Seco	- Dùng dẫn sóng/tín hiệu cho máy đốt vi sóng của Medwaves - Chiều dài dây từ ≥ 2 m	Cái	1	
	Tổng 03 danh mục				



PHỤ LỤC 2: MẪU BÁO GIÁ

(Kèm theo Thư mời báo giá số 40 /TM-BVUB ngày 01 / 6 /2026)

TÊN ĐƠN VỊ CUNG CẤP DỊCH VỤ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

.....ngày.....tháng..... năm 2026

BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Ung bướu Bắc Ninh

(Tên đơn vị):

Địa chỉ:

Căn cứ vào thư mời báo giá của Bệnh viện Ung bướu Bắc Ninh và khả năng cung cấp của công ty, chúng tôi xin gửi tới Quý viện bản báo giá như sau:

STT	Tên hàng hóa	Tên Thương mại (nếu có)	Chủng loại/ký mã hiệu sản phẩm	Mã HS (nếu có)	Thông số Kỹ thuật	Hãng, nước sản xuất	Quy cách	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá Có VAT	Chi phí cho các dịch vụ liên quan	Thành tiền VAT	Ghi chú
1													
2													
3													
....													
(n)													

Báo giá có hiệu lực:...ngày, kể từ ngày báo giá. (Hiệu lực tối thiểu 180 ngày)

Đại diện hợp pháp của đơn vị báo giá

(Ký, ghi rõ chức danh, họ tên và đóng dấu)