SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ BẮC NINH
BỆNH VIỆN UNG BƯỚU

Số: 104 /TM - BVUB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bắc Ninh, ngày 21 tháng 10 năm 2026

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Kính gửi: Các đơn vị cung ứng.

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023; Được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15; Luật số 90/2025/QH15; Luật số 116/2025/QH15;Luật số 133/2025/QH15; Luật số 142/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09/9/2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Bệnh viện Ung bướu Bắc Ninh có kế hoạch mua sắm gói thầu: Mua bo mạch HME thay thế linh kiện cho hệ thống gia tốc xạ trị đa năng.

Yêu cầu phạm vi cung cấp hàng hóa chi tiết tại **Phụ lục 01** kèm theo.

Kính đề nghị các Công ty/ Đơn vị quan tâm và có đủ kinh nghiệm, năng lực, điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật, gửi bản Báo giá theo mẫu tại **Phụ lục 02** để Bệnh viện có căn cứ xây dựng giá dự toán của gói thầu.

Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Bản giấy: Phòng Văn thư, Bệnh viện Ung bướu Bắc Ninh, Đường Phạm Ngọc Thạch, Phường Đa Mai, thành phố Bắc Ninh. Người nhận Nguyễn Trọng Quyền phòng Vật tư- TBYT.

- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ thời điểm phát hành báo giá đến trước 16h30p ngày 05 tháng 11 năm 2026.

- Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, HSĐT.

GIÁM ĐỐC

SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ BẮC NINH
BỆNH VIỆN UNG BƯỚU BẮC NINH

Nguyễn Danh Song

PHỤ LỤC: 01

(Kèm theo thư mời số 104 /TM - BVUB ngày 21 tháng 10 năm 2026 của Bệnh viện Ung bướu Bắc Ninh)

STT	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
1	Bo mạch HME	• Chức năng: Bo mạch HME có chức năng ngăn Gantry chuyển động trong trường hợp phần mềm xảyra lỗi. • Cấu tạo: Bo mạch HME có một mảng các bộ khuếch đại vi sai. • Hoạt động: Mảng các bộ khuếch đại vi sai này nhận các tín hiệu ENABLE tác động mức thấp (active-low) khác nhau từ Tay Cầm Điều Khiển (HHC) và Bộ Điều Khiển (FKP). Các tín hiệu đầu vào này được đưa qua các mạch logic gồm các cổng AND, mạch monostable, Schmitt-trigger và các bộ inverter (đảo). Tín hiệu tạo ra sau đó sẽ duy trì Rơ le RLB ở trạng thái được kích hoạt (energized). Điều này cho phép các tín hiệu đầu ra ENABLE và BRAKE của bo mạch ROC-ICA được đưa tới các bo mạch UMB trong Gantry Base Motor Drive (Khu vực 71). Nếu xảy ra lỗi, bo mạch RLB sẽ nhả (de-energize). Khi đó, tiếp điểm thường mở của Rơ le sẽ ngắt tín hiệu ENABLE tới các bo mạch UMD, đồng thời kích hoạt phanh (brake).	Cái	01	
	Tổng: 01 danh mục				

PHỤ LỤC 2: MẪU BÁO GIÁ

(Kèm theo Thư mời báo giá số /TM-BVUB ngày / /2026)

TÊN ĐƠN VỊ CUNG CẤP DỊCH VỤ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

……ngày……tháng…… năm 2026

BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Ung bướu Bắc Ninh

(Tên đơn vị): …….

Địa chỉ: …….

Căn cứ vào thư mời báo giá của Bệnh viện Ung bướu Bắc Ninh và khả năng cung cấp của công ty, chúng tôi xin gửi tới Quý viện bản báo giá như sau:

STT	Tên hàng hóa	Tên Thương mại (nếu có)	Chủng loại/ký mã hiệu sản phẩm	Mã HS (nếu có)	Thông số Kỹ thuật	Hãng, nước sản xuất	Quy cách	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá Có VAT	Chi phí cho các dịch vụ liên quan	Thành tiền VAT	Ghi chú
1													
2													
3													
….													
(n)													

Báo giá có hiệu lực:…ngày, kể từ ngày báo giá. (Hiệu lực tối thiểu 180 ngày)

Đại diện hợp pháp của đơn vị báo giá

(Ký, ghi rõ chức danh, họ tên và đóng dấu)