

Số: 87 /TM - BVUB

Bắc Ninh, ngày 21 tháng 9 năm 2026

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Kính gửi: Các đơn vị cung ứng.

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 25 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09/9/2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Bệnh viện Ung bướu có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: **Mua thiết bị y tế lần 2 năm 2026** với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị mời báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Ung bướu Bắc Ninh

2. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Bản giấy: Bà Nguyễn Thị Phương Thảo – Phòng Vật tư- TBYT. Phòng Văn thư, Bệnh viện Ung bướu Bắc Ninh, Đường Phạm Ngọc Thạch, Phường Đa Mai, thành phố Bắc Ninh.

- Địa chỉ nhận bản điện tử: bvub.syt@bacninh.gov.vn

3. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h00 ngày 22 tháng 9 năm 2026 đến trước 16h30p ngày 06 tháng 10 năm 2026.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

4. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ khi hết hiệu lực nhận báo giá.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Yêu cầu phạm vi cung cấp hàng hóa: Tại **Phụ lục 01**.

2. Công ty/Đơn vị quan tâm có đủ kinh nghiệm, năng lực, điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật, gửi bản Báo giá theo mẫu tại **Phụ lục 02; 03** để Bệnh viện có căn cứ xây dựng giá dự toán của gói thầu.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HSĐT.



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Danh Song
Nguyễn Danh Song

**PHỤ LỤC 01**

(Kèm theo thư mời số 87 /TM - BV UB ngày 21 tháng 9 năm 2026 của Bệnh viện Ung bướu Bắc Ninh)

STT	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
1	Máy cắt tiêu bản tay quay tự động lùi mẫu vật	1. Yêu cầu chung Thiết bị mới 100%, nguyên đai nguyên kiện, Năm sản xuất: 2025 trở về sau Xuất xứ: G7 (áp dụng với máy chính), liên minh châu âu. Nhà sản xuất đạt các tiêu chuẩn sau (áp dụng với máy chính): ISO 9001 và chứng nhận CE... hoặc tương đương Môi trường hoạt động của thiết bị: + Nhiệt độ tối đa $\geq 40^{\circ}\text{C}$ + Độ ẩm tối đa: $\geq 60\%$ 2. Yêu cầu về cấu hình cung cấp cho 01 máy: Máy chính: 01 bộ Phụ kiện tiêu chuẩn của nhà sản xuất, bao gồm: Giá mang dao cắt 1 lần: ≥ 1 Chiếc Kẹp cassettes đa năng: ≥ 1 Chiếc Hộp lưỡi dao cắt 1 lần: ≥ 1 hộp Khay đựng mẫu vật thải: ≥ 1 Chiếc Bao che bụi: ≥ 01 cái Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh + Tiếng Việt: 01 bộ 3. Yêu cầu đặc tính, thông số kỹ thuật chi tiết Máy vận hành có đặc tính an toàn cao Di chuyển mẫu theo phương thẳng đứng Tự động lùi mẫu cắt về trong suốt hành trình Chức năng cắt tia mẫu Đếm nhát cắt bằng điện tử, có thể cài đặt lại	Cái/Chiếc	1

		Có chức năng hãm bánh đà quay ở bất cứ vị trí nào, đảm bảo an toàn trong khi sử dụng Hệ thống giá mang dao: Các gá giữ được trang bị bảo vệ đầu ngón tay Khay chứa chất thải lớn bao quanh khu vực làm việc Máy được tích hợp với bộ phận làm lạnh nhanh mẫu vật (Cool Cut) và bộ vận chuyển (hệ thống chuyển mẫu cắt) hoặc thêm kính phóng đại, kính hiển vi, các thiết bị kẹp khác Đầu định hướng mẫu vật theo 2 trục X-Y; Điều chỉnh mẫu cắt ≥ 8 độ, quay 360 độ Mẫu cắt lùi lại trong suốt hành trình quay trở về có thể tắt; Cắt tia mẫu có 2 mức Cắt tia đoạn 1: $\leq 10 \mu\text{m}$ Cắt tia đoạn 2: $\geq 30 \mu\text{m}$ Bộ đếm lát cắt hiển thị màn hình LCD (hiển thị 4 số) đếm số lát cắt được tạo ra và có thể đặt lại được Kích thước (R x S x C): 420 x 490 x 280mm ($\pm 5\%$) Trọng lượng: $\geq 23\text{kg}$ Khoảng độ dày lát cắt trong khoảng: 0.5 μm đến 60 μm Hành trình trở về của đầu mẫu vật: $> 55\mu\text{m}$ Độ dày lát cắt được thể hiện trên cửa sổ trước máy Khoảng dịch chuyển mẫu theo chiều ngang: $> 25 \text{ mm}$ Khoảng dịch chuyển mẫu theo chiều dọc: $> 60 \text{ mm}$ 4. Yêu cầu khác Bảo hành ≥ 12 tháng, kể từ ngày ký biên bản bàn giao đưa vào sử dụng. Nhà cung cấp lắp đặt, hướng dẫn sử dụng và chuyển giao công nghệ tại bệnh viện.		
2	Máy đúc bệnh phẩm	1. Yêu cầu chung: - Thiết bị mới 100%. - Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485, CE hoặc tương đương - Năm sản xuất: từ 2025 trở về sau. - Xuất xứ: Thuộc các nước G7. - Môi trường hoạt động: + Nhiệt độ: $\geq 30^\circ\text{C}$	Cái/Chiếc	1

		+ Độ ẩm: $\geq 70\%$ 2. Cấu hình tiêu chuẩn của 01 chiếc: Máy chính: 01 chiếc. Bao gồm: Modul rót: 01 cái Modul làm lạnh: 01 cái Modul gia nhiệt: 01 cái Phụ kiện bao gồm: Dây nguồn kèm theo: 01 cái Khuôn đúc inox: ≥ 12 chiếc Dụng cụ cắt gọt sáp thừa: ≥ 01 bộ Nền hạt: ≥ 10 kg Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ (Tiếng Anh và bản dịch tiếng việt) 3. Thông số kỹ thuật: Hệ thống máy đúc mô gồm 3 khối riêng biệt: Đun nóng, rót và làm lạnh. Có thể hoạt động riêng biệt hoặc độc lập với nhau Bề mặt làm lạnh rộng Có điểm làm lạnh nhanh xuống $\leq -50^{\circ}\text{C}$ Đồng hồ lập trình thời gian cho bình rót paraffin 2 cụm lỗ cắm cho 3 kẹp nhiệt nằm ở bên trái và phải Bộ phận điều chỉnh nhiệt ≥ 2 kênh với màn hình số Modul rót: Bình chứa paraffin thể tích $\geq 5,7$ lit Nhiệt độ điều chỉnh trong khoảng từ 300°C đến 700°C Có chỗ kết nối cho ≥ 4 kẹp làm nóng, có lỗ cắm cho ≥ 6 kẹp Modul gia nhiệt: Nhiệt độ trong buồng chứa $\geq 300^{\circ}\text{C}$ đến 700°C Nhiệt độ của khay chứa $\geq 300^{\circ}\text{C}$ đến 750°C		
--	--	---	--	--

		Modul làm lạnh: Nhiệt độ làm lạnh điều chỉnh trong khoảng rộng + 15 độ C đến ≤ -15 độ C Khả năng chứa ≥ 110 khối nền 4. Yêu cầu khác Bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ khi ký biên bản nghiệm thu. Nhà cung cấp lắp đặt, hướng dẫn sử dụng và chuyển giao công nghệ tại bệnh viện.		
3	Bản hồ tiêu bản	1. Yêu cầu chung: - Thiết bị mới 100%. - Năm sản xuất: từ 2025 trở về sau. - Xuất xứ: các nước G7. - Môi trường hoạt động: + Nhiệt độ: $\geq 15-40^{\circ}\text{C}$ + Độ ẩm: $\geq 70\%$ - Thiết bị đạt tiêu chuẩn: ISO 9001, CE hoặc tương đương - Bảo hành: ≥ 12 tháng - Bàn giao hướng dẫn sử dụng: Nhà cung cấp lắp đặt, hướng dẫn sử dụng và chuyển giao công nghệ tại bệnh viện. 2. Cấu hình tiêu chuẩn cho 01 máy: - 01 bộ máy chính kèm bộ phụ kiện tiêu chuẩn - 01 bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng (Gồm tiếng Anh và bản dịch tiếng Việt) 3. Thông số kỹ thuật: - Kích thước: 250x300x80 mm ($\pm 5\%$) - Bàn sấy cho nhiệt độ ổn định với bề mặt làm việc bằng nhôm dày $\geq 6\text{mm}$. - Nhiệt độ điều chỉnh trong khoảng từ +30 đến +990C - Bộ điều khiển nhiệt độ, điều chỉnh và hiển thị các tín hiệu dạng số	Cái/Chiếc	1
	Tổng: 03 danh mục			

PHỤ LỤC 02: MẪU BÁO GIÁ

(Kèm theo Thư mời báo giá số /TM-BVUB ngày / /2026)

TÊN ĐƠN VỊ CUNG CẤP DỊCH VỤ**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

.....ngày.....tháng..... năm 2026

BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Ung bướu Bắc Ninh

(Tên đơn vị):

Địa chỉ:

Căn cứ vào thư mời báo giá của Bệnh viện Ung bướu Bắc Ninh và khả năng cung cấp của công ty, chúng tôi xin gửi tới Quý viện bản báo giá như sau:

STT	Tên hàng hóa	Tên Thương mại (nếu có)	Chủng loại/ký mã hiệu sản phẩm	Mã HS (nếu có)	Thông số Kỹ thuật	Hãng, nước sản xuất	Quy cách	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá Có VAT	Chi phí cho các dịch vụ liên quan	Thành tiền VAT	Ghi chú
1													
2													
3													
....													
(n)													

Báo giá có hiệu lực: ...ngày, kể từ ngày báo giá. (Hiệu lực tối thiểu 90 ngày)

Đại diện hợp pháp của đơn vị báo giá
(Ký, ghi rõ chức danh, họ tên và đóng dấu)

PHỤ LỤC 03: ĐỐI CHIẾU TSKT THƯ MỜI BÁO GIÁ & BÁO GIÁ

(Kèm theo Thư mời báo giá số /TM-BVUB ngày / 9 /2026)

Hạng mục số	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn yêu cầu tại Thư mời báo giá	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn đáp ứng của hàng hóa trong báo giá	Tài liệu kỹ thuật tham chiếu
<i>[ghi số hiệu hạng mục]</i>	<i>[ghi tên]</i>	<i>[ghi thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn]</i>	<i>[ghi thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn]</i>	<i>(Ghi rõ trang nào, dòng nào của tài liệu hoặc catalog, note line mẫu...)</i>